

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**Vaše dotazy ze dne
17.07.2024Naše značka
/Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119Karlovy Vary
26.07.2024

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Plánovací CT**”

Dotazy:

Zadavatel stanovil v Návrhu Smlouvy o poskytování servisních služeb v čl. 5, odst. 1 následující termíny:

- 1.1. diagnostika závady (zjištění závady) do 12 hodin od oznámení závady;*
- 1.2. v případě, že nevznikne potřeba použití náhradních dílů, nepřesáhne doba opravy 24 hodin od diagnostiky závady (zjištění závady);*
- 1.3. v případě, že vznikne potřeba použití náhradních dílů, nepřesáhne doba opravy 72 hodin od diagnostiky závady (zjištění závady), příp. v jiné lhůtě dohodnuté s Objednatelem v konkrétním případě.*

Dále pak zadavatel v téže smlouvě v čl. 12, odst. 1,2 a 3 stanovil následné výše smluvních pokut:

- 1. V případě, že dojde k překročení lhůty pro diagnostiku závady, uhradí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisícikorunčeských) za každou započatou hodinu, o kterou tuto lhůtu dle článku 5, odst. 1., překročí.*
- 2. V případě, že dojde k překročení lhůty pro dobu opravy, bez potřeby náhradních dílů, uhradí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč (slovy: jedentisícipětsetkorunčeských) za každou započatou hodinu, o kterou tuto lhůtu dle článku 5, odst. 1., překročí, a to samostatně za každou vadu.*
- 3. V případě, že dojde k překročení lhůty pro dobu opravy, s potřebou náhradních dílů, uhradí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč (slovy: dvatisícipětsetkorunčeských) za každou započatou hodinu, o kterou tuto lhůtu dle článku 5, odst. 1., překročí, a to samostatně za každou vadu*

Dle názoru účastníka je smluvní pokuta pro pozdní diagnostiku nadbytečná, neboť úkony diagnostiky je nutnou podmínkou pro včasné provedení opravy. Toto zdvojení postihu za de facto stejnou činnost je navíc reprezentováno nepřiměřenou výší smluvní pokuty. Např. v případě prodlení s diagnostikou závady 24 hodin by dodavatel hradil smluvní pokutu 240 000 Kč, což v porovnání se stanovenou předpokládanou hodnotou není výše přiměřená. Vzhledem ke skutečnosti, že přístroj bude sloužit pro diagnostické výkony, nikoli pro urgentní výkony se požadavek také jeví jako neopodstatněný.



Uvedenou výši smluvní pokuty ve spojení se stanovenými lhůtami pro servisní úkony si dodavatel vzhledem k rizikům promítne do nabídkové ceny.

Dotaz č.1:

Upraví zadavatel svůj požadavek tak, aby se uvedené lhůty počítaly pouze v pracovních dnech?

Dotaz č.2:

Zváží zadavatel vypuštění článku 12.1, který obsahuje smluvní pokutu za překročení lhůty pro diagnostiku?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel přehodnotil svůj požadavek a akceptuje návrh dotazujícího. Zadavatel upravil článek 5.1. a čl. 12.1., 12.2. a 12.3.

Zadavatel přikládá novou verzi Přílohy č. 3_Návrh Smlouvy o poskytování servisních služeb CT (24.07.2024). Změna je vyznačena zeleně.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel přehodnotil svůj požadavek a částečně akceptuje návrh dotazujícího. Zadavatel upravil článek 12.1.

Zadavatel přikládá novou verzi Přílohy č. 3_Návrh Smlouvy o poskytování servisních služeb CT (24.07.2024). Změna je vyznačena zeleně.

Dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí v návrhu Smlouvy o poskytování servisních služeb v čl. 3, odst. 4: „*Dodavatel je oprávněn max. 1 x ročně, nejdříve však po uplynutí 3. roku účinnosti smlouvy, požadovat navýšení smluvní ceny uvedené v odst. 1 článku 3 smlouvy, a to s ohledem na míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předcházející období a s ohledem na změny celních a kurzových sazeb. Takováto změna ceny musí být učiněna písemnou dohodou obou smluvních stran, která se stane dodatkem ke smlouvě.*“

Z uvedeného vyplývá, že k úpravě ceny za servis bude moci dojít nejprve po uplynutí 3. roku od podpisu Servisní smlouvy. Zadavatel tedy po dobu 3 let absolutně vylučuje možnost navýšení ceny plnění oproti reálně zjištěné míře inflace. Takové omezení, které je na českém zdravotnickém trhu velmi neobvyklé, pak na straně účastníka nutně vede k tlaku na promítnutí tohoto nekrytého inflačního rizika do jeho nabídkové ceny.

Bude zadavatel postupovat s péčí řádného hospodáře a umožní reálné promítnutí budoucí inflace a upraví text tak, aby poskytl dodavateli možnost úpravy smluvní ceny dle reálně zjištěné míře inflace?

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Zadavatel přehodnotil svůj požadavek a akceptuje návrh dotazujícího. Zadavatel upravil článek 3.4.

Zadavatel přikládá novou verzi Přílohy č. 3_Návrh Smlouvy o poskytování servisních služeb CT (24.07.2024). Změna je vyznačena zeleně.

Dotaz č. 4:

Ve Formuláři technických specifikací dodávky pro plánovací CT je u automatického injektoru požadavek na:

„Ovládací konzole umístěná v ovladovně vedle akviziční pracovní stanice CT, s jejich vzájemnou bezdrátovou komunikací“.

Bezdrátová komunikace je u některých injektorů dostupná pro spojení mezi injektorem a ovládací konzolí injektoru v ovladovně. Synchronizace injektoru s CT, tedy komunikace mezi ovládací konzolí injektoru a akviziční pracovní stanicí CT je vždy přes propojovací kabel.

Bude zadavatel akceptovat tuto konfiguraci: „Ovládací konzole umístěná v ovladovně vedle akviziční pracovní stanice CT, s jejich vzájemnou komunikací“?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel bude akceptovat komunikace mezi ovládací konzolí injektoru a akviziční pracovní stanicí CT je vždy přes propojovací kabel.

Zadavatel přikládá novou verzi Přílohy č. 4_Formulář technické specifikace dodávky (24.07.2024). Změna je vyznačena modře.

Přílohy:

Výzva zadávací dokumentace (26.07.2024)

Příloha č. 3_Návrh Smlouvy o poskytování servisních služeb CT (24.07.2024)

Příloha č. 4_Formulář technické specifikace dodávky CT (24.07.2024)

Současně zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek**, a to **do 02.09.2024, do 10:00 hodin**.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení