

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ****Vaše dotazy ze dne**
13.08.2024**Naše značka**
/**Vyřizuje / linka**
Ing. Tina Batková/ 119**Karlovy Vary**
14.08.2024

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Plánovací CT**”

Dotaz:

Zadavatel mezi technickými požadavky požaduje pístový tlakový injektor s maximálním tlakem vstřiku 300 psi. Jedná se o pevně stanovenou hodnotu nebo bude zadavatel akceptovat tlakový injektor s peristaltickým čerpadlem s maximálním tlakem vstřiku 17 bar (246 psi), který splňuje všechny ostatní technické parametry, nijak neovlivní kvalitu užívání a je rovnocenným řešením? K používání tohoto tlakového injektoru nejsou zapotřebí válce. Kontrastní látky se používají v originálních obalech a lze použít kontrastní látky ve všech dostupných velikostech od všech výrobců.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel bude akceptovat tlakový injektor s peristaltickým čerpadlem s maximálním tlakem vstřiku 246 psi. Zadavatel současně akceptuje i pístový tlakový injektor a ponechává max. tlak vstřiku 300 psi.

Současně zadavatel přikládá opravenou Příloha č. 4_Formulář technické specifikace dodávky CT (14.08.2024). Změny jsou vyznačeny tyrkysově.

Přílohy:

Výzva zadávací dokumentace (14.08.2024)

Příloha č. 4_Formulář technické specifikace dodávky CT (14.08.2024)

Současně zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek**, a to **do 23.09.2024, do 10:00 hodin**.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení