

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**Vaše dotazy ze dne
26.08.2024Naše značka
/Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119Karlovy Vary
04.09.2024

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Lineární urychlovač**“

Dotaz č. 1:

Dokument „Odpověď na dotaz č. 12 žádosti (I) o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Lineární urychlovač““ ze dne 31. 7. 2024

Z výše uvedeného dokumentu vyplývá, že je požadována dodávka naprosto identických systémů (jak HW, tak SW) jako jsou instalovány ve FN Plzeň. Z hlediska přístrojového vybavení jsou zmíněny dvě výrobní řady konkurenčních přístrojů (Elekta Infinity a Elekta Versa), přičemž v rámci dodávky do Karlovarské krajské nemocnice Cheb je soutěžen jediný přístroj.

Dotaz č. 1:

S jakým konkrétním přístrojem má být nabízený lineární urychlovač kompatibilní? Žádáme Zadavatele o uvedení podrobné technické specifikace včetně minimálních hodnot, jež mají být splněny.

Odpověď na dotaz č. 1:

Lineární urychlovač má být kompatibilní se všemi LU ve FN Plzeň – kompatibilitu zde mají i v současné době bez ohledu na název zařízení. Kompatibilita se rozumí, že pro všechny tyto přístroje v Plzni i Chebu jsou dozimetricky identické energie 6 a 10 MV, kolimace, výpočetní model, včetně fixačních pomůcek.

Dotaz č. 2:

Dokument „Odpověď na dotaz č. 1 žádosti (II) o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Lineární urychlovač““ ze dne 31. 7. 2024

Z hlediska požadavku Zadavatele vnímáme, že není uvedeno, jakým způsobem má být realizováno požadované propojení těchto pracovišť. V případě, kdy by muselo dojít k přesunu léčeného pacienta z KKN Cheb do FN Plzeň není specifikováno, jak má být zabezpečeno propojení pracovišť.

Dotaz č. 2

Žádáme Zadavatele o objasnění, jakým konkrétním způsobem má být dle *Smlouvy o vzájemné spolupráci v rámci poskytování komplexní onkologické péče* uzavřené s Komplexním onkologickým centrem Fakultní nemocnice Plzeň realizováno propojení pracoviště KKN Cheb a FN Plzeň?



A dále:

- Jak konkrétně bude zajištěn přenos plánů mezi oběma pracovišti?
- Jak konkrétně bude zajištěn přenos fixačních pomůcek mezi oběma pracovišti?
- Vyžaduje Zadavatel propojení v rámci jedné sítě?
- Jakým způsobem zamýšlí Zadavatel zabezpečovat dozimetrickou ekvivalentnost obou pracovišť?

Odůvodnění:

Uchazeč zamýšlí nabídnout přístroj včetně plánovacího a verifikačního systému konkurenčního dodavatele (ve vztahu k vybavení na zmiňovaném pracovišti ve FN Plzeň) – Varian Medical Systems. Na některých radioterapeutických pracovištích v zahraničí jsou přístroje těchto konkurenčních dodavatelů provozovány v rámci jednoho oddělení.

I v případě využití identického přístroje a plánovacího systému se domníváme, že tento proces bude vyžadovat jednak několik manuálních kroků souvisejících s exportem a importem plánů, tak provedení ověření tohoto plánu na pracovišti ve FN Plzeň. Taktéž zabezpečení požadavku na dozimetrickou ekvivalenci všech přístrojů na obou pracovištích přináší dodatečné náklady na obou stranách a možnosti vzniku chyb vyplývající z manuálního procesu zabezpečení tohoto požadavku. S ohledem na výše uvedené se domníváme, že dodávka konkurenčního systému je možná a pracovišti nepřinese žádné komplikace v zajištění klinického provozu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k dané Smlouvě o vzájemné spolupráci v rámci poskytování komplexní onkologické péče uzavřené mezi KKN a Komplexním onkologickým centrem Fakultní nemocnice Plzeň (dále „Smlouva“) uvádí: Smlouva uvádí mj.: „*Cílem spolupráce je dosažení: efektivnější úrovně zdravotních služeb poskytovaných pacientům s onkologickým onemocněním.*“ Dále Smlouva uvádí mj.: „*Strany dohody zejména na těchto formách spolupráce: Na základě rozhodnutí MDT budou nemocní s potřebou centrové či jiné super specializované léčby léčeni buď ve FN v Plzni, či bude tato léčba delegována na pracoviště Cheb (KVK) s pravidelnou konzultací s lékaři FN Plzeň o léčbě onkologických pacientů.*“ Dále mj.: „*Podniknout kroky k zajištění výměny stávajícího lineárního urychlovače a doplnění druhým, identickým, vybaveným možností radioterapie v nádechu.*“ Zadavatel opětovně vysvětluje princip kompatibility lineárních urychlovačů, tj. „*Kompatibilní LU včetně příslušenství, umožňující identické ozáření pacienta na libovolném LU se stejnou přesností nastavení a bez nutnosti přepočtení dozimetrického plánu (tj. stejná kolimace, stejné naladění fotonových svazků, jeden výpočetní model pro LU zadáný v plánovacím systému).*“ Tato textace je uvedena v zadávací dokumentaci a je používána (a byla používána) i u jiných veřejných zakázkách v ČR.

Odpovědi k poddotazům č. 2:

- Jak konkrétně bude zajištěn přenos plánů mezi oběma pracovišti?
Použití VPN, PACS
- Jak konkrétně bude zajištěn přenos fixačních pomůcek mezi oběma pracovišti?
Individuální fixační pomůcky – kurýrní přepravou zajistí KKN
- Vyžaduje Zadavatel propojení v rámci jedné sítě?
Prozatím není vyžadováno, uvažuje se o zřízení v budoucnu
- Jakým způsobem zamýšlí Zadavatel zabezpečovat dozimetrickou ekvivalentnost obou pracovišť?

Tento parametr zabezpečuje dodavatel přístroje při instalaci tzv. Beam Matching systémem

Dotaz č. 3:

Žádáme Zadavatele o potvrzení, zda nutnost dodávky naprosto shodných přístrojů vyplývá přímo z podmínek poskytnuté dotace.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel k tomu uvádí: dodávky naprosto shodných přístrojů samozřejmě nevyplývají přímo z podmínek poskytnuté dotace. Dotazující zcela nepochopil podmínky dotačního úřadu a principu dotačních podpor. Zadavatel již v předcházejících odpovědích uvedl a citoval text 8. Výzvy k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy MZČR: Aktivita A (která se týká KKN): „*Oprávněný žadatel předloží k Žádosti o podporu Smlouvu o vzájemné spolupráci v rámci poskytování komplexní onkologické péče uzavřenou s **Komplexním onkologickým centrem Fakultní nemocnice Plzeň**.*“ Dále se v uvedené Výzvě píše: „*Podpora rozvoje regionální onkologické skupiny v regionu se sníženou dostupností vysoce specializované onkologické péče s cílem vytvořit základy pro poskytování specializované onkologické péče na odpovídající úrovni. Jedná se o území Karlovarského kraje, v rámci kterého je prokazatelná nízká místní a časová dostupnost vysoce specializované onkologické péče, jejímž následkem může být časová prodleva, která je u pacientů s onkologickými diagnózami vždy velmi nebezpečná a významně ovlivňuje jejich šanci na úplné vyléčení. Podpora je zaměřená na vybavení regionálních nemocnic za účelem lepšího využití spolupráce se stávajícím Komplexním onkologickým centrem Fakultní nemocnice Plzeň*“. Dále se v uvedené Výzvě píše: „*Podporovány budou činnosti zaměřené na rekonstrukci či úpravu stávající/ch stavby/eb a zařízení a vybavení pracovišť s cílem vybavení regionálních pracovišť navázaných na stávající Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň*“. Z poslední uvedené textace „...s cílem vybavení regionálních pracovišť navázaných na stávající Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň“ by zadavatel mohl i vyžadovat naprosto shodný přístroj v rámci veřejné zakázky, nicméně zadavatel opětovně vysvětluje a zdůrazňuje, že absolutně nediskriminuje ostatní dodavatele s dodávkou jiného typu lineárního urychlovače, ale logicky (v souvislosti s výše uvedenou textací dotační výzvy) přístrojovou kompatibilitu (několikrát vysvětlenou a jednoznačně danou zadávací dokumentací) bodově zvýhodňuje v rámci hodnocení nabídek.

Přílohy:

Výzva zadávací dokumentace (04.09.2024)

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to **do 16.09.2024, do 10:00 hodin**.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení