



VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
24.09.2024

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
27.09.2024

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Artroskopická sestava**”

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci, příloze č. 3 – Formulář technických specifikací dodávky pro: Artroskopická sestava – v sekci Kombinovaný přístroj - požaduje zadavatel jednotku, která obsahuje shaver, elektrokoagulaci a duální pumpu v jednom přístroji.

Dle veřejně dostupných informací vyrábí takto kombinované zařízení pouze jediná společnost – společnost Relign Corp. / Zimmer Biomet. Bude zadavatel akceptovat 3 samostatné přístroje plnící stejný medicínský účel, které jsou vzájemně propojeny a spolupracují spolu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na dodání jednoho kombinovaného přístroje, zejména z následujících důvodů:

- **Zjednodušení obsluhy** – Střední zdravotnický personál na operačním sále bude obsluhovat pouze jeden přístroj místo více, což usnadní práci a sníží riziko chyb.
- **Zkrácení doby operace** – Není nutné měnit nástavce během zákroku, což urychluje operaci a zlepšuje plynulost výkonu.
- **Menší traumatizace pacienta** – Rychlejší a plynulejší zákrok snižuje fyzickou zátěž pacienta.
- **Jednodušší pro operátora** – Operátor se může lépe soustředit díky jednoduššímu ovládní jednoho přístroje.
- **Ekonomičnost** – Nižší provozní a servisní náklady, jednodušší údržba a levnější pravidelné kontroly.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení