


O	05/2016	Ing.Z.Kvapil	<i>[Signature]</i>	Ing.Z.Kvapil	<i>[Signature]</i>	Ing.M.Gottlieb			Dokumentace pro provádění stavby
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS		POPIS
ZÁKAZNÍK REHOS příspěvková organizace Perninská 975, 362 22 Nejdek						PROJEKT NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE			
VÝKRES D 1.1.01 NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE D 2.1.01 Rozvody medicinálních plynů VENTILOVÉ KRABICE									PROF.Č.DOK. MP-06
 <p>G DESIGN spol. s r.o. Veselavínova 3108/14 400 11 Ústí nad Labem, CZ tel: + 420 774 445 457 fax: + 420 774 431 344 e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu</p>						STUPEŇ RD	ČÍSLO PROJEKTU 60 001 300		FOR.A4 2x
						MĚŘ. —	ORIENTAČNÍ Č. DOK.		LIST/Ů
						ČÍSLO VÝKRESU		REVIZE	KOPIE
						D 2.1.01-06		0	

SCHÉMA VENTILOVÉ KRABICE dle ČSN EN 7396-1



- 1 – Plechová krabice nástěnná v provedení pod omítku nebo na stěnu
otevírání krabice /přístup/ je v souladu s ČSN EN 7396-1.
- 2 – Výstupní uzavírací ventil G3/4" PN20.
- 3 – Vstupní místo NIST pro nouzi a údržbu dle druhu plynu.
- 4 – Uzavírací ventil PN20.
- 5 – Čidlo snímání tlaku média s kontrolním manometrem.
- 6 – Výústky pro kabely /čidla snímání tlaku/.

PRO PLYN 02