

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne
26.6.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
27.6.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Laboratorní vyšetření dárců krve infekčních markerů metodou NAT**”

Dotaz č. 1:

VZ 10/2025 je vyhlášena na pool 6 (HBV DNA, HCV RNA a HIV RNA 1/2) budete akceptovat rovněž nabídky na pool 4 a 8?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akcetuje pouze nabídky na pool 6 a 96.

Dotaz č. 2:

Rychlost přenosu výsledků má v zadávací dokumentaci váhu 30 %, čas, který požadujete uvést je včetně roztestování poolu s reaktivním vzorkem?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o čas přenosu konečného výsledku, tzn. výsledku po ID testování vzorku z reaktivního poolu (pool 6 a pool 96).

S pozdravem

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního odd.
Karlovarská krajská nemocnice a.s.