

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**Váš dopis značka / ze dne
14.7.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119Karlovy Vary
21.7.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Laboratorní vyšetření dárců krve infekčních markerů metodou NAT**”

Dotaz č. 1:

Rádi bychom znali důvod stanovení technických podmínek zadavatele ve smyslu části 4 odstavce 4.7 zadávací dokumentace ze dne 1.7.2025, který je dle požadavků novelizační vyhlášky č. 195/2023 Sb. (dále jen "novelizační vyhláška") a aktuálního znění vyhlášky č. 143/2008 Sb. (dále jen „vyhláška”) v platném znění určující pro citlivost krevních vyšetření metodou NAT.

Žádáme zdůvodnění, proč zadavatel preferuje výhradně pool 6, přestože si musí být vědom toho, že pool 4 dosahuje vyšší citlivosti, a to ve všech parametrech. Dále podle výše zmíněné vyhlášky i novelizační vyhlášky i pool 8 splňuje požadavky na citlivost prováděných krevních vyšetření metodou NAT.

Děkujeme za vysvětlení a odůvodnění toho, proč je veřejná zakázka vyhlášena s takto zúženým technickým požadavkem.

Odpověď na dotaz č. 1:

Výhradním právem zadavatele je upřesnit parametry citlivosti vyšetřovacích souprav podle vlastního uvážení. Naše pracoviště se v rámci kvality péče zaměřuje na co největší bezpečnost námi dodávaných transfuzních přípravků, a proto naše kvalitativní požadavky jdou nad rámec daný Vyhláškou č. 143/2008 Sb. ve znění účinném od 01. 07. 2023 - § 4.

Při všech znalostech prostředí i nadále trváme na zadání.

Vaše tvrzení, že pool 4 dosahuje vyšších citlivostí, než pool 6 není podloženo reálnými fakty. Citlivost poolu vychází z citlivosti souprav k primárnímu vzorku a ta je pro různé soupravy různých výrobců odlišná. V praxi tak může nastat situace, kdy i vyšší pool jednoho testu může být citlivější než nižší pool jiného výrobce.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního odd.
Karlovarská krajská nemocnice a.s.