

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne
22.07.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
23.07.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky diagnostik pro testování specifických proteinů metodou imunoturbidimetrie včetně bezplatné výpůjčky analyzátoru**“

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 5 ZD – Návrh smlouvy o výpůjčce – Článek III., bod 6

„Dodavatel se zavazuje k nástupu a opravě v případě závady ohrožující chod analyzátoru do 24 hodin v pracovní dny od nahlášení závady a odstranění závady do 3 pracovních dnů, v případě závady neohrožující chod analyzátoru se dodavatel zavazuje k nástupu a opravě do 3 pracovních dnů od nahlášení závady a k odstranění závady do 5 pracovních dnů.“

Vzhledem k tomu, že analyzátor slouží k měření analytů, které neprobíhají ve STATIM režimu, žádáme o úpravu doby nástupu na opravu v případě závady ohrožující chod analyzátoru do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení závady.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravuje článek III., bod 6 takto:

„Dodavatel se zavazuje k nástupu a opravě v případě závady ohrožující chod analyzátoru do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení závady a odstranění závady do 3 pracovních dnů, v případě závady neohrožující chod analyzátoru se dodavatel zavazuje k nástupu a opravě do 3 pracovních dnů od nahlášení závady a k odstranění závady do 5 pracovních dnů.“

Přílohy:

P05 Návrh smlouvy o výpůjčce (ver. 23.07.2025)

Zadávací dokumentace (23.07.2025)

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 25.8.2025 do 10:00 hodin.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení