

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**Váš dopis značka / ze dne
23.07.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119Karlovy Vary
23.07.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**”

Dotaz č. 1:

V části 5 v technické specifikaci zadavatel uvádí u rukavic délku 270 mm - 290 mm (tolerance +/- 5 mm). Bude zadavatel akceptovat délku rukavic 301 mm?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat délku rukavic 301 mm. Tolerance je +/- 5 mm, což je délka až do 304,5 mm.

Dotaz č. 2:

V části 6 v technické specifikaci zadavatel uvádí požadavek ohledně prokázání splnění normy EN 388, kde bychom rádi upozornili, že tato norma je určena pro rukavice poskytující ochranu proti mechanickým rizikům. Rukavice však mají primárně zajistit ochranu uživatele před biologickými riziky, chemickými látkami a jako druhá rukavice poskytující druhou ochrannou vrstvu. V rámci platných norem EN ISO 374 a EN ISO 21420 testování dle normy EN 388 není vyžadováno.

Z tohoto důvodu se domníváme, že požadavek na splnění normy EN 388 není relevantní pro daný typ rukavic a rádi bychom tímto zadavatele požádali o zvážení zrušení tohoto požadavku.

Změní zadavatel u části 6 požadavky na prokázání normy EN 388?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel zrušil u části 6 požadavek na prokázání normy EN 388.

Přílohy:

Zadávací dokumentace (ver. 23.07.2025)

P01 Technická specifikace včetně cenové nabídky (ver. 23.07.2025)

Současně zadavatel prodlužuje **termín pro podání nabídek**, a to **do 8.9.2025 do 10:00 hodin**.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení