

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne
23.07.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
24.07.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky materiálu k inkontinenci a absorpci pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**”

Dotaz č. 1:

V rámci přípravy nabídky do výběrového řízení „Dodávky materiálu k inkontinenci a absorpci pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.“, si dovoluujeme požádat o upřesnění k části 5: Podložky absorpční.

Konkrétně bychom rádi ověřili, zda je parametr absorpční kapacity podložky stanoven pro vodu, nebo pro 0,9% roztok soli (fyziologický roztok). V příložené technické specifikaci tato informace není uvedena.

Toto upřesnění je pro nás důležité z hlediska správného posouzení absorpčních vlastností a výběru nejvhodnějšího výrobku v souladu s Vašimi požadavky.

Odpověď na dotaz č. 1:

Parametr absorpční kapacity podložky je stanoven s použitím simulační tekutiny - 0,9% roztok NaCl (fyziologický roztok).

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení