

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM  
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ****Váš dopis značka / ze dne**  
24.07.2025**Naše značka****Vyřizuje / linka**  
Ing. Tina Batková/ 119**Karlovy Vary**  
24.07.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**”

**Dotaz č. 1:**

V souvislosti s požadavkem na splnění normy EN 455-1+A1 si dovoluujeme požádat o upřesnění, zda bude v rámci této veřejné zakázky akceptována také předchozí verze 455-1, případně o jaký konkrétní rozdíl mezi uvedenými verzemi normy se zadavateli v tomto případě jedná. Změny uvedené v dodatku se mohou týkat jen textových úprav a návaznosti na nařízení MDR, ale požadavky na zkušební metody zůstaly beze změny. Může zadavatel upřesnit?

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel požaduje splnění požadavků dle aktuálně platné verze normy EN 455-1+A1, která je v souladu s Nařízením (EU) 2017/745 (MDR). Z tohoto důvodu nebude akceptována předchozí verze normy EN 455-1 bez dodatku A1, ani jiné odchylky.

Důvodem je zajištění aktuální úrovně bezpečnosti, souladu s právními předpisy a požadavky na zkušební metody, které musí odpovídat současnému standardu.

---

Ing. Jaroslav Bednář  
vedoucí obchodního oddělení