

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**Váš dopis značka / ze dne
07.08.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119Karlovy Vary
08.08.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky injekčního materiálu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**”

Dotaz č. 1:

Zadavatele v části 1. uvádí rozměry poptávaných jehel.
Bude zadavatel akceptovat nabídku jehel s délkou +/-10 %?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat nabídku jehel s délkou +/-10 %. Zadavatel požaduje toleranci odchylek délky jehly podle ISO 7864.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v části 1. poptává jehlu růžovou G18 s délkou 50 mm a žlutou G20 s délkou 70 mm. Tyto rozměry jehel jsou nestandardní. Domníváme se, že vyjmutím těchto jehel z poptávaného materiálu zadavatele rozšíří okruh uchazečů a tím zvýší šanci získat ekonomicky výhodnější nabídku. Zváží zadavatel odstranění zmiňovaných jehel ze zakázky?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel provedl průzkum trhu a vyhodnotil, že z přílohy č. 1 – Technická specifikace včetně cenové nabídky odstraní z části 1 položku jehla žlutá G20 s délkou 70 mm. Jehlu růžovou G18 s délkou 50 mm ponechá, jelikož ověřil, že ji dodává širší okruh dodavatelů.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v části 7. poptává inzulinové stříkačky o objemu 0,3ml.
Bude zadavatel akceptovat v této části nabídku stříkačky o objemu 0,5ml místo 0,3ml?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel nebude akceptovat stříkačky o objemu 0,5 ml místo 0,3 ml. Zadavatel u inzulinových stříkaček požaduje všechny tři objemy (0,3 ml, 0,5 ml, 1 ml).

Přílohy:

Zadávací dokumentace (ver. 08.08.2025)

P01 Technická specifikace vč. cenové nabídky (ver. 08.08.2025)

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to **do 22.09.2025 do 10:00 hodin.**

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení