

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM  
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne  
08.08.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka  
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary  
13.08.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem **„Dodávky injekčního materiálu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.”**

**Dotaz č. 1:**

Část: 4

p.č. 3 - Bude zadavatel akceptovat 28G lancet s délkou 1,6 mm, popř. 23G lancet s délkou 1,8 mm?

p.č. 4 – Bude zadavatel akceptovat naší 30G lancetu s délkou 1,6 mm?

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel u položky č. 3 nebude akceptovat Vámi nabízené parametry lancet. U položky č. 4 zadavatel upravit požadovanou délku lancety na rozmezí od 1,5 do 1,8 mm.

---

Část: 11

p.č.1 – Bude zadavatel akceptovat naše speciální neonatologické lancety s hloubkou vpichu

60 mm pro novorozence do 1 kg

85 mm pro váhu novorozence 1 kg -2,5kg

100 mm pro váhu novorozence 2,5 – 9,0kg

Popř. s délkou lancet 1,2 mm?

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel bude akceptovat neonatologické lancety s délkou 1,2 mm. Zadavatel upravit u položky č. 1 požadovanou délku neonatologické lancety na rozmezí od 1,2 do 1,5 mm.

---

**Přílohy:**

Zadávací dokumentace (ver. 13.08.2025)

P01 Technická specifikace vč. cenové nabídky (ver. 13.08.2025)

Současně zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek**, a to **do 29.09.2025 do 10:00 hodin**.

Ing. Jaroslav Bednář  
vedoucí obchodního oddělení