

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM  
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**Váš dopis značka / ze dne  
15.08.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka  
Ing. Tina Batková/ 119Karlovy Vary  
18.08.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**”

**Dotaz č. 1:**

Dovolujeme si požádat o doplnění, vysvětlení k části 6. Rukavice chirurgické operační podvlékací pro ortopedii.

Prosíme zadavatele o upřesnění technického požadavku k podvlékacím rukavicím. V technické specifikaci je požadavek na mikrodrsný vnější povrch. Podvlékací rukavice by měly plnit funkci bariérové ochrany, prevenci poranění ostrým nástrojem a vizuální indikaci protržení. Myslíme si, že zdrsňení na konečcích prstů není žádoucí, a proto bychom se rádi ujistili, jestli se tento požadavek nedostal do zadávací dokumentace nedopatřením.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel děkuje za upozornění a upravuje přílohu č. 01 - Technická specifikace včetně cenové nabídky, ze které odebírá požadavek na mikrodrsný vnější povrch u části 6 - Rukavice chirurgické operační podvlékací pro ortopedii.

**Přílohy:**

P01 Technická specifikace včetně cenové nabídky (ver. 18.08.2025)

Zadávací dokumentace (ver. 18.08.2025)

Současně zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek**, a to **do 6.10.2025 do 10:00 hod.**

Ing. Jaroslav Bednář  
vedoucí obchodního oddělení