



**Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1**  
K výběrovému řízení na veřejnou zakázku s názvem  
**„Laboratorní přístroje – opakované vyhlášení“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Institut lázeňství a balneologie, v. v. i., se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 08122539** – Vám v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí a v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027 a analogicky dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytujeme vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Laboratorní přístroje – opakované vyhlášení“**.

---

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku ze dne 29. 8. 2025.

**Dotaz 1**

Dobrý den,

rádi bychom se zúčastnili veřejné zakázky. Konkrétně části dva, Konduktometr, pH, T a oxometr. Z názvu je zřejmé, že chcete měřit vodivost, pH, teplotu a rozpuštění kyslík, ale ve specifikaci, není žádný údaj o měření rozpuštěného kyslíku. Chce pouze možnost měření rozpuštěného kyslíku nebo chcete přístroj i se sondou pro měření rozpuštěného kyslíku.

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel požaduje přístroj i se sondou.

**S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace zadavatel oznamuje, že lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.**

**Přílohy:**

- Bez příloh