

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne
29.08.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
01.09.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky injekčního materiálu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**“

Dotaz č. 1:

Zadavatel v části 3 – Periferní žilní kanyly jednorázové nepožaduje bezpečnostní prvek proti poranění.

Neuvažuje zadavatel o přidání hodnotícího kritéria „Integrovaný bezpečnostní mechanismus – pasivní bezpečnostní kryt kryjící hrot jehly bezprostředně po použití (zavedení jehly do žíly)“ i pro část 3, tímto parametrem by zvýšil bezpečnost pacientů i zdravotnického personálu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel v části 3 odstranil požadavek na bezpečnostní prvek proti poranění na základě předchozích žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel trvá na svých požadavcích a nepožaduje u části 3 bezpečnostní prvek.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení