



Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3
K výběrovému řízení na veřejnou zakázku s názvem
„Laboratorní přístroje – opakované vyhlášení“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Institut lázeňství a balneologie, v. v. i., se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 08122539** – Vám v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí a v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027 a analogicky dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytujeme vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Laboratorní přístroje – opakované vyhlášení“**.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku ze dne 8. 9. 2025.

Dotaz 1

Část č. 7 - průtokoměr plynový - je možné nabídnout materiál těla přístroje z hliníku místo nerez?

Odpověď zadavatele:

Ano, je možné dodat i tělo přístroje z hliníku, jde nám o to aby materiál nepodléhal korozi ve vlhkém prostředí.

Dotaz 2

Část č. 7 - průtokoměr plynový - je možné nabídnout zařízení, které je napájeno pomocí tužkových baterií (obsahuje zároveň i možnost napájení přes micro-USB)?

Odpověď zadavatele:

Ano, je možné dodat i zařízení napájené z baterií či přes micro-USB.

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace zadavatel oznamuje, že lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.

Přílohy:

➤ Bez příloh