

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM  
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne  
16.9.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka  
Ing. Tina Batková

Karlovy Vary  
16.9.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky injekčního materiálu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**”

**Dotaz č. 1:**

Část 1 - Injekční jehly:

Uvádíte jehlu 0,45 x 13 mm, budete akceptovat jehlu 0,45 x 12 mm?

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Ano, zadavatel bude akceptovat jehlu 0,45 x 12 mm.

Ing. Jaroslav Bednář  
vedoucí obchodního oddělení