

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**Váš dopis značka / ze dne
08.10.2025

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119Karlovy Vary
08.10.2025

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**“

Dotaz č. 1:

V příloze „P01 – Technická specifikace včetně cenové nabídky“ v rámci zadávací dokumentace je uveden požadavek, aby manžeta sterilních latexových operačních rukavic bez pudru obsahovala viditelná označení.

Dovolujeme si požádat o vysvětlení a přehodnocení tohoto požadavku, neboť takto formulovaná podmínka může být v rozporu s účelem použití rukavic a se zásadami bezpečnosti při operačních výkonech.

Operační rukavice musí splňovat nejvyšší hygienické standardy a být zcela čisté, bez jakýchkoli potisků, označení či dalších vrstev na jejich povrchu. Jakékoli označení přímo na rukavici, včetně její manžety, může:

- představovat potenciální riziko kontaminace sterilního prostředí,
- narušit integritu materiálu rukavice,
- a zároveň není v souladu se zásadou, že rukavice mají být při výkonu zcela sterilní a bez jakýchkoli přídavných látek nebo barev.

Zároveň upozorňujeme, že se jedná o jednorázové rukavice určené k okamžitému použití. Nevidíme tedy žádný praktický ani bezpečnostní důvod pro jejich ražení či jiné viditelné označení, které nepřináší žádný přínos pro uživatele a může ovlivnit vlastnosti rukavice.

Všechny povinné identifikační údaje (výrobce, velikost, šarže, datum expirace apod.) jsou standardně uvedeny na obalu rukavic a také na vloženém papírovém letáku uvnitř balení každého páru, což zcela zajišťuje možnost identifikace produktu bez nutnosti označení přímo na rukavici.

Požadavek na viditelné označení manžety rukavic považujeme za nepřiměřený a omezující hospodářskou soutěž, neboť zvýhodňuje pouze dodavatele s velmi specifickou technologií. Rukavice bez označení manžety přitom splňují všechna kvalitativní kritéria, včetně požadavků na bezpečnost a sterilitu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Požadavek na viditelné označení manžety zadavatel považuje za odůvodněný z hlediska praktického využití rukavic v klinickém provozu, zejména s ohledem na potřebu rychlé a jednoznačné identifikace velikosti či typu rukavic přímo v průběhu zdravotnického výkonu.

Tento požadavek vychází z provozních potřeb zdravotnických pracovišť a byl formulován obecně, bez vazby na konkrétní značku, výrobce či technologii. Zadavatel je přesvědčen, že požadavek neomezuje hospodářskou soutěž, neboť jej může splnit více dodavatelů, kteří jsou schopni nabídnout rukavice s odpovídajícím značením, aniž by tím byla ohrožena sterilita či bezpečnost produktu.

Z výše uvedených důvodů zadavatel na základě Vaší žádosti nepřistupuje ke změně technické specifikace a požadavek na viditelné označení manžety zůstává součástí zadávací dokumentace.

Současně zadavatel oznamuje, že lhůta pro podání nabídek bude z důvodu dodržení zákonných lhůt pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace **prodloužena do 20.10.2025 do 10:00 hodin.**