



VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
23.02.2026

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
24.02.2026

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Dodávky předplněných stříkaček NaCl 0,9% pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**”

Dotaz č. 1:

Prosím bude zadavatel akceptovat i nesmývatelnou stupnici pouze s číselným značením po 1 ml?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat stříkačky s nesmývatelnou stupnicí, které mají pouze číselné značení po 1 ml, protože technická specifikace stanoví minimální dělení stupnice po 0,5 ml. Tento požadavek odpovídá běžně uváděnému standardu u předplněných proplachovacích stříkaček, kde je uvedena dobře čitelná stupnice s dělením po 0,5 ml.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení