



VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
23.02.2026

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
24.02.2026

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Dodávky předplněných stříkaček NaCl 0,9% pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**”

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci je uveden požadavek na zdravotnický prostředek třídy IIa.

Rádi bychom si ověřili, zda zadavatel připouští také nabídku zdravotnického prostředku třídy III dle Nařízení EU (MDR), který splňuje veškeré požadované funkční a kvalitativní parametry.

Třída III představuje vyšší míru regulatorního dohledu a přísnější proces posuzování shody než IIa. Z hlediska účelu použití i bezpečnostních parametrů výrobek odpovídá plně požadovanému určení.

Žádáme proto o potvrzení, zda je možné nabídnout ZP třídy III. Splňující ostatní technické požadavky zadávací dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje, aby nabízený zdravotnický prostředek splňoval minimálně požadovanou třídu rizika IIa dle MDR, jak je uvedeno v technické specifikaci.

Nabídka zdravotnického prostředku vyšší třídy rizika (III) není v rozporu s požadavky, pokud současně plně splňuje všechny ostatní technické, kvalitativní a funkční parametry stanovené zadavatelem.

Zadavatel tedy připouští nabídku ZP třídy III, pokud odpovídá požadovanému účelu použití a splňuje veškeré technické požadavky zadávací dokumentace.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení