

VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
02.03.2026

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
05.03.2026

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.**”

Dotaz č. 1:

Část 4 – Čepice operační baret:

Bude zadavatel akceptovat gramáž 14 g/m²?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ne, zadavatel nebude akceptovat gramáž 14 g/m². Zadavatel trvá na svém požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Část 6 – Ústenky s gumičkou:

Bude zadavatel akceptovat šířku nosního klipu 110 mm?

Bude zadavatel akceptovat délku ústenky 177 mm?

Bude zadavatel akceptovat šířku rozvinuté ústenky 140 mm?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ne, zadavatel nebude akceptovat jiné rozměry. Zadavatel trvá na svých požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 3:

Část 7 – Ústenka s úvazky:

Bude zadavatel akceptovat délku ústenky 177 mm?

Bude zadavatel akceptovat šířku rozvinuté ústenky 140 mm?

Bude zadavatel akceptovat délku horních úvazků 400 mm?

Bude zadavatel akceptovat šířku nosního klipu 110 mm?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ne, zadavatel nebude akceptovat jiné rozměry. Zadavatel trvá na svých požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci.



Dotaz č. 4:

Část 10 – Pláště operační:

Bude zadavatel akceptovat odolnost proti průsaku vody $\geq 20\text{cm H}_2\text{O}$?

Bude zadavatel akceptovat pláště v kombinaci se 2 ručníky?

Prosíme zadavatele o upřesnění délky plášťů ve vztahu k velikostem.

Odpověď na dotaz č. 4:

Ne, zadavatel nebude akceptovat odolnost proti průsaku vody $\geq 20\text{cm H}_2\text{O}$. Zadavatel trvá na svých požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci.

Zadavatel pláště v kombinaci se dvěma ručníky nepožaduje, nicméně tuto variantu bude akceptovat.

Zadavatel upřesňuje délky operačních plášťů ve vztahu k velikostem:

- vel. L – 130 cm
- vel. XL – 150 cm
- vel. XXL – 170 cm

Dotaz č. 5:

Část 5 – Jednorázové pokrývky hlavy:

Bude zadavatel akceptovat jednorázovou pokrývku hlavy typu harmonika?

Odpověď na dotaz č. 5:

Ano, zadavatel bude akceptovat jednorázovou pokrývku hlavy typu harmonika.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení