

VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne
18.8.2015

Naše značka
BT/220/2015

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/5119

Karlovy Vary
24.08. 2015

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky **„Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN – infuzní systémy“ – část 10**, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 01. 07. 2015 pod evidenčním číslem VZ 483936.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN – infuzní systémy“ – část 10, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

V příloze č. 2.1 Formulář technických specifikací dodávky pro: ROP III_42 Infuzní systém v bodě D) Technické požadavky odstíněné dokovací stanice zadavatel uvádí mimo jiné požadavek: Dokovací stanice současně odstíní min. 4 přístroje – pumpy/dávkovače.

Naše společnost zastupuje švýcarského výrobce infuzní techniky, který nabízí v rámci řešení odstíněné dokovací stanice pro použití infuzní techniky v prostředí MRI, odstíněnou stanicí konstrukčně řešenou pro současné použití 2 přístrojů (infuzní pumpa / lineární dávkovač).

Bude zadavatel akceptovat konstrukční řešení dodávky dvou odstíněných dokovacích stanic pro celkem 2 x 2 přístroje (pumpa/dávkovač) nebo je akceptovatelná dodávka odstíněné dokovací stanice pro celkem 2 přístroje (pumpa/dávkovač)?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požaduje kompatibilitu infuzního systému s MRI prostředím o velikosti 1,5 T, přičemž požaduje, aby v jeden okamžik mohly být současně použity min. 4 přístroje (pumpy/dávkovače)
Zadavatel akceptuje dvě řešení:

1) Dodáním odstíněné dokovací stanice, kdy dokovací stanice současně odstíní min. 4 přístroje – pumpy/dávkovače

nebo

2) Dodáním dalších 4 ks odstíněné infuzní techniky (MRI kompatibilních infuzních pump/lineárních dávkovačů)

Z nepřesného (až zmatečného) dotazu uchazeče není zadavateli zcela zřejmé, jakým způsobem chce uchazeč požadovaný parametr zadavatelem konkrétně splnit. Zadavatel tak v rámci odpovědi na dotazy pouze vysvětluje své zadávací podmínky. Není v jeho kompetenci, aby ve lhůtě pro podání nabídek akceptoval a předem schválil řešení uchazeče, které není podloženo nabídkou a technickou dokumentací. Teprve až hodnotící komise, která bude mít kompletní nabídku uchazeče, může posoudit, zdali je navrhované řešení uchazeče v souladu se zadávacími podmínkami.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nemocnice v Karlových Varech, IČ: 263 65 804
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 111, fax: 353 115 178
(2)

.....
MUDr. Josef März
předseda představenstva