

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 85 ZVZ

Název veřejné zakázky:

**„Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu
KKN – Akutní péče - Litotryptor" - část 5**



1. Identifikační údaje zadavatele

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo:	Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO:	263 65 804
Zastoupený:	MUDr. Josef März, generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Jiří Hofmann, místopředseda představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

Název:	DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo:	Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště:	Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO:	41539656
Registrace:	OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba:	Ing. Eliška Hallová, email: hallova@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo mandátní smlouvy:	13539

Použité zkratky:

ZVZ	Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
-----	--

2. Předmět veřejné zakázky

**„Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu
KKN – Akutní péče - Litotryptor" - část 5**

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje Litotryptor pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s, nemocnici v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty a 5 letý pozáruční kompletní servis v rozsahu dle Servisní smlouvy, která tvoří přílohu č. 5 této ZD (dále jen fullservis).

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického přístroje Litotryptoru – 1 ks.

Označení	Popis	Počet kusů
ROP III_34	Litotryptor	1

Součástí předmětu plnění bude:

- zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti (instalace do určených prostor včetně zabudování a napojení na stávající inženýrské sítě, uvedení jednotlivých zdravotnických přístrojů do provozu včetně zaškolení obsluhy),
- likvidace obalů a odpadu,
- poskytování bezplatného záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů po celou dobu záruční lhůty - **24 měsíců**. Záručním servisem se rovněž myslí provádění odborné údržby dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění,
- poskytnutí bezplatného školení uživatelům v době předání předmětu smlouvy. Dále uchazeč bude garantovat v průběhu záruční doby, že vždy min. 2 uživatelé budou osobou poučenou výrobcem s oprávněním k dalším školením/instrukcím ve smyslu § 61 Zákona č. 268/2014 Sb. (vystavení potvrzujícího dokladu od výrobce), **nebo** bude uchazeč poskytovat školení všem uživatelům, ve smyslu § 61 Zákona č. 268/2014 Sb., po celou záruční dobu na vlastní náklady (veškeré související náklady, např. cestovné, školení, čas strávený na cestě, apod.),
- po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) provedení veškerých předepsaných kontrol (ať předepsané výrobcem, tuzemskou servisní organizací, nebo zákonnými předpisy),
- předinstalační příprava na základě předaného technologického projektu,
- veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace v rámci záručního servisu musí být vedena v českém jazyce.

Součástí dodávky požadovaných zdravotnických prostředků přístrojového charakteru musí rovněž být:

- návod na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD
- prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění
- protokol o zaškolení obsluhy

3. Cena sjednaná ve smlouvě:

11.134.294,- Kč bez DPH

4. Zvolený druh zadávacího řízení:

Identifikační údaje veřejné zakázky:

Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 484463
 Evidenční číslo (TED): 2014/S 064-378500
 Druh (předmět) veřejné zakázky (§7 odst. 2 ZVZ): Veřejná zakázka na dodávky
 Dělení veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty (§7 odst. 3 ZVZ a násl.): Nadlimitní veřejná zakázka
 Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§21 ZVZ): Otevřené řízení dle § 27 ZVZ

(dále jen „Veřejná zakázka“)

Dotační titul:

Reg. číslo (ROP Severozápad):	CZ1. 09/1.3.00/69.01137
Číslo operačního programu:	CZ.1.09
Název operačního programu:	ROP NUTS II Severozápad
Číslo prioritní osy:	1
Název prioritní osy:	Regenerace a rozvoj měst
Číslo oblasti podpory:	1.3
Název oblasti podpory:	Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Číslo výzvy:	50

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče(ů):

Název uchazeče:	LaparoTech Instruments s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Školní 1534, Stará Boleslav, 250 02 Brandýs nad Labem
IČO:	25622846
Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]:	11.134.294,-

6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Nabídka č. 1

Název uchazeče	RADIX CZ s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov
IČO:	26774321
Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]:	12.048.316,-

Nabídka č. 2

Název uchazeče:	ALINEX - Kácovská, s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Roháčova čp. 1480/76, 130 00 Praha 3
IČO:	14892359
Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]:	12.200.000,-

Nabídka č. 3

Název uchazeče:	Siemens, s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Siemensova 1, 155 00 Praha 13
IČO:	00268577
Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]:	7.938.000,-

Nabídka č. 4

Název uchazeče:	LaparoTech Instruments s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Školní 1534, Stará Boleslav, 250 02 Brandýs nad Labem
IČO:	25622846
Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]:	11.134.294,-

7. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Ze zadávacího řízení byla vyřazena nabídka uchazeče:

Nabídka s pořadovým č. 1: RADIX CZ s.r.o.

Název uchazeče	RADIX CZ s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Čas dodání nabídky:	4. 8. 2015, 8:00 hod., poštou
Sídlo:	Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlovy
IČO:	26774321

Nedostatky nabídky:

Uchazeč nedoručil objasnění předložených informací či dokladů a předložení dalších informací a dokladů prokazující splnění kvalifikace.

Uchazeč nedoručil písemné vysvětlení nejasností nabídky.

Hodnotící komise vyřadila uchazeče RADIX CZ s.r.o. pro nesplnění kvalifikace a pro nesplnění zadávacích podmínek v souladu se ZD a ZVZ.

Nabídka s pořadovým č. 3: Siemens, s.r.o.

Název uchazeče:	Siemens, s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Čas dodání nabídky:	5. 8. 2015, 13:20 hod.
Sídlo:	Siemensova 1, 155 00 Praha 13
IČO:	00268577

Nedostatky nabídky:

Dne 28. 8. 2015 bylo doručeno písemné vyjádření od uchazeče Siemens, s.r.o. k žádosti o písemné vysvětlení nejasností nabídky veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN – Litotryptor“ - část 5.

Zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval biplanární rektální sondu s bioptickým nástavcem (real time zobrazení), min. frek. rozsah 6 – 10 MHz. O tom, že na svém požadavku zadavatel trvá a proč, zdůvodnil jednoznačně v rámci dodatečných informací č. 3/13539.5, ve kterých byla problematika dotazu, byť od jiného zájemce zadavatelem potvrzena následovně:

"S ohledem na dokonalé rozlišení je dnes obecně žádán frekvenční rozsah biplanární rektální sondy až 12 MHz, dokonce někteří uživatelé požadují až 16 MHz. Z tohoto pohledu je sonda s frekvenčním rozsahem 4-9 MHz

pro potřeby moderní urologie zcela nedostatečná."

Uchazeč Siemens ve své nabídce nabízí typ sondy BP 9-4, s frek. rozsahem 4 – 9 MHz. K frekvenčnímu rozsahu se uchazeč vyjadřuje ve svém vysvětlení, avšak součástí tohoto vysvětlení již není žádný relevantní dokument výrobce v souladu s § 46 odst. 10 ZVZ, který by jeho vysvětlení podpořil a dále v tomto vysvětlení není jednoznačně a prokazatelně uvedeno, že sonda zadavatelem požadovaný rozsah splňuje.

S ohledem na totožné téma řešené již v průběhu lhůty pro podání nabídek se hodnotící komise se shodla, že uchazeč Siemens, s.r.o. nesplnil technickou specifikaci zadání podle zadávacích podmínek a bude v souladu se ZVZ hodnotící komisí vyřazen. Tímto hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uchazeče Siemens, s.r.o. vyloučil z účasti v zadávacím řízení. Oporou rozhodnutí hodnotící komise je relevantní fakt, že dotčená problematika sondy byla jednoznačně řešena v průběhu lhůty pro podání nabídek a uchazeč proti zadávacím podmínkám nepodal v řádné lhůtě námitky proti zadávacím podmínkám, čímž se zadavatel a hodnotící komise oprávněně domnívá, že o požadavku zadavatele jednoznačně věděl.

8. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější pro danou část bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky uchazečů, které překročí maximální přípustnou předpokládanou částku (dle bodu 2.6), budou vyřazeny z hodnocení.

Maximální přípustná hodnota jednotlivých položek dle odst. 2.6. ZD nebyla překročena.

Tabulka údajů hodnocení nabídek:

Výsledné pořadí nabídek	Název firmy	cena dodávky		100%
		bez DPH	Odchylka od aritmetického průměru nabídek v %	% vyjádření celkového hodnocení
1	LaparoTech Instruments s.r.o.	11 134 294 Kč	-4,57%	100,00%
2	ALINEX - Kácovská, s.r.o.	12 200 000 Kč	4,57%	91,26%

Maximální přípustná hodnota jednotlivých položek dle odst. 2.6. ZD nebyla překročena.

Závěr z posouzení nabídek z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny:

Hodnotící komise posoudila výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky dle § 77 ZVZ. Vzhledem k odchylce nabídkových cen od průměru hodnocených nabídek méně než 5 % a doložení kompletní dokladové dokumentace nabízených výrobků, typového označení výrobku a výrobce dle požadavků zadávací dokumentace, hodnotící komise neshledala, že nabídky uchazečů obsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Závěr z hodnocení nabídek:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria s ohledem na § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ a stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, ve kterém je nabídka uchazeče **LaparoTech Instruments s.r.o., IČO: 25622846**, nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou **11.134.294,- Kč bez DPH**. Hodnotící komise doporučuje zadavateli rozhodnout na základě tohoto hodnocení nabídek a stanovit nabídku uchazeče **LaparoTech Instruments s.r.o., IČO: 25622846** se sídlem: **Školní 1534, Stará Boleslav, 250 02 Brandýs nad Labem** jako nejvhodnější.

9. Část nabídky (smlouvy), která má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Části nabídky (smlouvy), které budou plněny prostřednictvím subdodavatele v objemu nad 10% nabídkové ceny:

Název subdodavatele	Medkonsult, s.r.o.
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Sídlo	Balcárkova 1258/8, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
IČO	47679522
Druh prací	dodávka ultrazvuku

Za zadavatele Karlovarská krajská nemocnice a.s.

V Karlových Varech dne 20. 10. 2015

.....
MUDr. Josef Mář
 generální ředitel a předseda představenstva

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
 nemocnice v Karlových Varech, IČ: 263 65 804
 Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
 Tel.: 354 225 111, fax: 353 115 178
 (2)

.....
MUDr. Jiří Hofmann
 místopředseda představenstva

Související dokumenty:

- Příloha č. 1 - „Protokol z posouzení kvalifikace v rámci 1. jednání hodnotící komise“ ze dne 11.8.2015
- Příloha č. 2 - „Protokol z posouzení nabídek v rámci 1. jednání hodnotící komise“ ze dne 11.8.2015
- Příloha č. 3 - „Protokol z hodnocení nabídek v rámci 1. jednání hodnotící komise - mimořádně nízká nabídková cena ze dne 11.8.2015
- Příloha č. 4 - „Žádost o písemné objasnění předložených informací či dokladů a předložení dalších informací a dokladů prokazujících splnění kvalifikace veřejné zakázky“ uchazeče RADIX CZ s.r.o. ze dne 21.8.2015
- Příloha č. 5 - „Žádost o písemné vysvětlení nejasností nabídky veřejné zakázky“ uchazeče RADIX CZ s.r.o. ze dne 21.8.2015
- Příloha č. 6 - „Žádost o písemné objasnění předložených informací či dokladů a předložení dalších informací a dokladů prokazujících splnění kvalifikace veřejné zakázky“ uchazeče Siemens, s.r.o. ze dne 21.8.2015
- Příloha č. 7 - „Žádost o písemné vysvětlení nejasností nabídky veřejné zakázky“ uchazeče Siemens, s.r.o. ze dne 21.8.2015
- Příloha č. 8 - „Žádost o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny veřejné zakázky“ uchazeče Siemens, s.r.o. ze dne 21.8.2015

- Příloha č. 9 - „Žádost o písemné objasnění předložených informací či dokladů a předložení dalších informací a dokladů prokazující splnění kvalifikace veřejné zakázky“ uchazeče LaparoTech Instruments s.r.o. ze dne 21.8.2015
- Příloha č. 10 - „Žádost o písemné vysvětlení nejasností nabídky veřejné zakázky“ uchazeče LaparoTech Instruments s.r.o. ze dne 21.8.2015
- Příloha č. 11 - „Protokol z posouzení kvalifikace v rámci 2. jednání hodnotící komise“ ze dne 28.8.2015
- Příloha č. 12 - „Protokol z posouzení nabídek v rámci 2. jednání hodnotící komise“ ze dne 28.8.2015
- Příloha č. 13 - „Písemné objasnění předložených informací či dokladů a předložení dalších informací a dokladů prokazující splnění kvalifikace veřejné zakázky“ Siemens, s.r.o. ze dne 26.8.2015
- Příloha č. 14 - „Písemné vysvětlení nejasností nabídky veřejné zakázky“ uchazeče Siemens, s.r.o. ze dne 26.8.2015
- Příloha č. 15 - „Písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny“ uchazeče Siemens, s.r.o. ze dne 26.8.2015
- Příloha č. 16 - „Písemné objasnění předložených informací či dokladů a předložení dalších informací a dokladů prokazující splnění kvalifikace veřejné zakázky“ LaparoTech Instruments s.r.o. ze dne 26.8.2015
- Příloha č. 17 - „Písemné vysvětlení nejasností nabídky veřejné zakázky“ uchazeče LaparoTech Instruments s.r.o. ze dne 26.8.2015
- Příloha č. 18 - „Protokol z posouzení kvalifikace v rámci 3. jednání hodnotící komise“ ze dne 2.9.2015
- Příloha č. 19 - „Protokol z posouzení nabídek v rámci 3. jednání hodnotící komise“ ze dne 2.9.2015
- Příloha č. 20 - „Protokol z hodnocení nabídek - mimořádně nízká nabídková cena, závěr hodnocení nabídek v rámci 3. jednání hodnotící komise“ ze dne 2.9.2015
- Příloha č. 21 - „Písemná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 ZVZ“ ze dne 2.9.2015
- Příloha č. 21 - „Rozhodnutí zadavatele dle § 60 odst. 1 ZVZ“ ze dne 4.9.2015
- Příloha č. 22 - „Rozhodnutí zadavatele dle § 76 odst. 6 ZVZ“ ze dne 4.9.2015
- Příloha č. 23 - „Oznámení o vyloučení uchazeče RADIX CZ s.r.o. z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na dodávky“ ze dne 7.9.2015
- Příloha č. 24 - „Oznámení o vyloučení uchazeče Siemens, s.r.o. z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na dodávky“ ze dne 7.9.2015
- Příloha č. 24 - „Rozhodnutí zadavatele dle § 81 ZVZ“ ze dne 4.9.2015
- Příloha č. 25 - „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 7.9.2015