



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Veřejné zakázky

„Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN - Litotryptor" - část 5

Identifikační údaje o zadavateli a zakázce

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804
DIČ: CZ26365804
Zastoupený: MUDr. Josefem Märzem,
generálním ředitelem a předsedou představenstva,
a MUDr. Jiřím Hofmannem, místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1205
www stránky: www.kkn.cz

Mandatář: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Eliška Hallová, email: hallova@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo mandátní smlouvy: 13 539

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ):

Veřejná zakázka na dodávky

Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.):

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ):

Otevřené řízení dle § 27 ZVZ

Ev. číslo (Věstník VZ):

VZ 484463

Ev. číslo (TED):

2014/S 064-378500

Ev. číslo (ROP Severozápad):

CZ1.09/1.3.00/69.01137

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, ev. č. 3/13539.5

Vážení,

v souladu s ust. § 49, odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz dodavatele ze dne 28.7.2015:

”

Vážená paní Ing. Hallová,

Na základě zadávací dokumentace k veřejné zakázce evi.č. 484463 s názvem „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN – Litotryptor“ – část 5“, Vás tímto žádáme o dodatečné informace.

Uchazeč nabízí moderní špičkový lithotriptický systém s nadstandardními vlastnostmi.

Sestava mimo jiné obsahuje sofistikovanou ovládací konsolu s dotykovým displejem a zobrazovacím displejem pro excelentní kontrolu nad celým lithotriptickým pracovištěm. Software umožňuje na základě měření z ultrazvuku a RTG přesné zaměření konkrementu a následně automatizované polohování pacienta. Ultrazvuk, který výrobce pro tyto účely nabízí, je přímo propojen z lithotriptorem a souběžně na vlastním 15" monitoru a 19" monitoru ovládací konzole zobrazuje aktuální pozici konkrementu a dalších struktur při zaměřování.

Ultrazvuk lze také samostatně používat pro veškeré standardní i nadstandardní výkony v oblasti urologie díky široké škále sond, softwarovému vybavení, modulům a dalších technickým vlastnostem.

Díky HD výstupu z UZV lze pro zobrazení používat i externí LCD monitory. Součástí nabídky je externí monitor 19".

Zadavatel dále požaduje jako součástí vybavení ultrazvukové sondy. Kromě dalších sond, kde uchazeč svými vlastnostmi převyšuje požadované parametry, nabízíme i požadovanou biplanární rektální sondu s bioptickým nástavcem s frekvenčním rozsahem 4 až 9 MHz. Námi nabízený frekvenční rozsah je větší než požaduje zadavatel. Medicínský účel námi nabízeného zařízení je ve shodě se specifikací zadavatel.

Bude zadavatel akceptovat nabídku, která obsahuje ultrazvukový přístroj s výše uvedenými technickými vlastnostmi, které plně vyhovují danému medicínskému účelu?

“

Dodatečné informace č. 1:

První bod dotazu

Zadavatel plánuje ultrazvukový přístroj mimo samotného peroperačního zaměřování používat i na předoperační vyšetření pacienta u lůžka a stanovení diagnózy. Z tohoto pohledu je žádán monitor o min. úhlopříčce 17". Externí LCD monitor je pro potřeby mobility zcela nevhodný.

Zadavatel tak trvá na svém požadavku "Monitor typu LCD s vysokou rozlišovací schopností a úhlopříčkou min. 17".

Uchazeč tento absolutní parametr s použitím externího 19" LCD monitoru nesplní.

Druhý bod dotazu

S ohledem na dokonalé rozlišení je dnes obecně žádán frekvenční rozsah biplanární rektální sondy až 12 MHz, dokonce někteří uživatelé požadují až 16 MHz. Z tohoto pohledu je sonda s frekvenčním rozsahem 4-9 MHz pro potřeby moderní urologie zcela nedostatečná.

Zadavatel tak trvá na svém požadavku "*Biplanární rektální s bioptickým nástavcem (real time zobrazení), min. frekvenční rozsah 6-10MHz*".

Děkujeme za pochopení.

V Karlových Varech dne 3. 8. 2015

Za zadavatele:

.....
MUDr. Josef März,
generální ředitel a předseda představenstva

.....
MUDr. Jiří Hofmann,
místopředseda představenstva

Přílohy dodatečné informace č. 3/13539.5

Bez příloh