



## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

### Veřejné zakázky

## „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN - Litotryptor" - část 5

### Identifikační údaje o zadavateli a zakázce

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.  
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary  
IČO: 26365804  
DIČ: CZ26365804  
Zastoupený: MUDr. Josefem Märzem,  
generálním ředitelem a předsedou představenstva,  
a MUDr. Jiřím Hofmannem, místopředsedou představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1205  
www stránky: [www.kkn.cz](http://www.kkn.cz)

Mandatář: DEA Energetická agentura, s.r.o.  
Kontaktní osoba: Ing. Eliška Hallová, email: [hallova@dea.cz](mailto:hallova@dea.cz), tel.: 545 110 145  
Číslo mandátní smlouvy: 13 539

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ):

Veřejná zakázka na dodávky

Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.):

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ):

Otevřené řízení dle § 27 ZVZ

Ev. číslo (Věstník VZ):

VZ 484463

Ev. číslo (TED):

2014/S 064-378500

Ev. číslo (ROP Severozápad):

CZ1.09/1.3.00/69.01137

### Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, ev. č. 1/13539.5

Vážení,

v souladu s ust. § 49, odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

**Dotaz dodavatele ze dne 15.7.2015:**

„Vážený zadavateli,

dovolujeme si Vás požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49:

**Dotaz č.1 -Formulář technických specifikací dodávky pro:ROP III\_34–Litotryptor**  
Příloha č. 2

Zadavatel požaduje:

„Frekvence litotrypsie min. 23kHz“

Dotaz:

*Náš litotryptor nabízí kombinovaný systém ultrazvukové a mechanické energie, který je požadován. Obě energie jsou přenášeny simultánně jedinečným designem jediné sondy, která má díky tomu lepší vlastnosti a více prostoru pro odsávání konkrementů (větší lumen). Naši jedinečnou kombinací těchto systémů lze dosáhnout rychlejšího výsledku. Oba tyto systémy jsou vestavěny do jediného generátoru s jediným převaděčem bez nutnosti napojení na tlakové či jiné rozvody. Frekvence ultrazvukových kmitů je 19,500 Hz – 21,500 Hz. Díky kombinaci energií tato hodnota nemá vliv na výkon zařízení. Akceptuje zadavatel naše technicky dokonalejší řešení? “*

**Dodatečné informace č.1:**

Zadavatel nesouhlasí s navrhovaným technickým řešením dotazujícího a trvá na svých požadavcích plynoucích ze zadávací dokumentace zadavatele.

Děkujeme za pochopení.

V Karlových Varech dne 22. 7. 2015

Za zadavatele:

.....  
MUDr. Josef März,  
generální ředitel a předseda představenstva

.....  
MUDr. Jiří Hofmann,  
místopředseda představenstva

**Přílohy dodatečné informace č. 1/13539.5**  
Bez příloh