

Písemná zpráva zadavatele

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „ZVZ“)
sepsaná v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku:

„Přístrojové vybavení pro Iktové centrum KKN a.s.“

Část 1 - Ventilátory

A. Zadavatel, předmět a celková cena veřejné zakázky

Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
IČ: 263 65 804
se sídlem: Bezručova 19, 360 01 Karlovy Vary

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro iktové centrum Karlovarské krajské nemocnice a.s. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Předmětem plnění 1. části předmětu veřejné zakázky je dodávka 1 ks ventilátoru k lůžku resuscitačnímu, 5 ks ventilátoru k lůžku JIP a 1 ks transportního ventilátoru.

Celková cena zakázky činí: 1.749.500,- Kč bez DPH.

B. Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 27 ZVZ

C. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Dräger Medical s.r.o.,
se sídlem: Pod Sychrovem I - 81, 101 00 Praha 10
IČ: 26700760

Odůvodnění:

V rámci tohoto zadávacího řízení byly hodnoceny celkem dvě nabídky, které byly hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria – nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nejnižší nabídkovou cenu za realizaci předmětu zakázky nabídl uchazeč Dräger Medical s.r.o., a proto se jeho nabídka v hodnocení umístila na 1. místě.

D. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

1. Dräger Medical s.r.o., IČ: 26700760
se sídlem: Pod Sychrovem I - 81, 101 00 Praha 10
nabídková cena v Kč bez DPH: 1.749.500,-

2. HOSPIMED, spol. s r.o., IČ: 00676853
se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
nabídková cena v Kč bez DPH: 2.079.770,-

3. CHEIRÓN a.s., IČ: 27094987
se sídlem: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
nabídková cena v Kč bez DPH: 2.700.739,-

4. MAQUET Czech Republic s.r.o., IČ: 03053601
se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
nabídková cena v Kč bez DPH: 2.707.000,-

E. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli odmítnuti nebo vyloučeni:

CHEIRÓN a.s.
se sídlem: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
IČ: 27094987

Odůvodnění:

Důvodem pro vyloučení uchazeče CHEIRÓN a.s. bylo nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Zadavatel v bodě 2.6 zadávací dokumentace stanovil maximální přípustné nabídkové ceny pro jednotlivé položky předmětu plnění.

Pro položku IC_1.1 Ventilátor k lůžku resuscitačnímu byla stanovena maximálně přípustná nabídková cena 413.000,- Kč bez DPH. Uchazečem nabídnutá cena pro tuto položku je 420.064,- Kč bez DPH.

Pro položku IC_2.1 Ventilátor k lůžku JIP byla stanovena maximálně přípustná nabídková cena 2.066.000,- Kč bez DPH. Uchazečem nabídnutá cena pro tuto položku je 2.100.320,- Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu vyloučil zadavatel uchazeče CHEIRÓN a.s. z další účasti v tomto zadávacím řízení.

MAQUET Czech Republic s.r.o.
se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČ: 03053601

Odůvodnění:

Důvodem pro vyloučení uchazeče MAQUET Czech Republic s.r.o. bylo nesplnění technických kvalifikačních předpokladů a nedoložení písemného vysvětlení nabídky v souladu s § 76 odst. 3 zákona.

Uchazeč byl zadavatelem vyzván v souladu s § 59 odst. 4 zákona k doplnění Formuláře pro specifikaci technických parametrů pro IC_3.3 - Transportní ventilátor, jelikož tento formulář ve své nabídce předložil nevyplněný. Současně byl uchazeč v souladu s § 76 odst. 3 zákona vyzván k podrobnému vysvětlení parametru Integrovaná volumetrická kapnometrie ve ventilátoru (možné řešení modulem, který je součástí ventilátoru) a jeho doložení prostřednictvím technického listu, produktového listu nebo jiným prokazatelným způsobem (předvedením přístroje) a k doplnění nabízených číselných hodnot požadovaných parametrů do Formulářů pro specifikaci technických parametrů pro IC_1.1 Ventilátor k lůžku resuscitačnímu a IC_2.1 Ventilátor k lůžku JIP.

Na zaslanou výzvu společnost MAQUET Czech Republic s.r.o. zareagovala sdělením, že požadované informace nebude dokládat. Tímto uchazeč neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 1 písm. e).

Z výše uvedených důvodů vyloučil zadavatel uchazeče MAQUET Czech Republic s.r.o. z další účasti v tomto zadávacím řízení.

F. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodu podání nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

G. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita

Nebyla využita žádná z výše uvedených možností.

H. Důvod zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

Za zadavatele:

MUDr. Josef Máz
předseda představenstva

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary
IČO: 263 65 804, DIČ: CZ26365804
©

MUDr. Jiří Hofmann
místopředseda představenstva