

VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne
27.04.2015

Naše značka
BY/145/2015

Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/5119

Karlovy Vary
05.05. 2015

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 5 – Izolátorový box pro ředění cytostatik“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 03. 2015 pod evidenčním číslem VZ 507811.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 5 – Izolátorový box pro ředění cytostatik“, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

Izolátorové boxy pro ředění cytostatik se běžně dělají ve formě biohazard boxu třídy II, které nemají rukávy, nýbrž mají volný pracovní otvor, jímž proudí vzduch do boxu, což chrání operátora. Díky pracovnímu otvoru nejsou potřeba podávací komory a práce v boxu je snadnější. Má zadavatel na mysli opravdu biohazard box třídy III, který je s rukávy, nebo by stačil výše popsany biohazard box třídy II?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požaduje dodat podtlakový izolátor pro ředění cytostatik s pracovním prostorem splňujícím třídu čistoty A, laminárním prouděním vzduchu, přičemž přední průhledný kryt bude vybavený dvěma otvory s rukávci.

Vámi nabízený biohazard box třídy II bez rukávů nesplňuje zadané technické požadavky.

.....
MUDr. Josef März
předseda představenstva

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nemocnice v Karlových Varech, IČ: 263 65 804
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 111, fax: 353 115 178
(2)