

VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne
15.12.2014

Naše značka
BY/289/2014

Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/5119

Karlovy Vary
18.12.2014

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky č. 496168 s názvem „**Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 9. 2014.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny“, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

příloha č.2 specifikace _ROP IV_22 - Stacionární RTG přístroj

Zadavatel požaduje:

CD/DVD recorder ve formátu DICOM, TIFF ano

USB výstup ve formátu DICOM, TIFF ano

Dotaz 1: Bude zadavatel považovat tento požadavek za splněný v případě nabídky systému, který umožňuje uložení snímků na CD/DVD ve formátu DICOM + JPEG a na USB ve formátu DICOM ?

Odpověď na dotaz:

Ano, zadavatel bude považovat tento požadavek za splněný v případě nabídky systému, který umožňuje uložení snímků na CD/DVD ve formátu DICOM + JPEG a na USB ve formátu DICOM.

Dotaz:

příloha č.2 specifikace _ROP IV_23 - Mobilní rentgen

Zadavatel požaduje:

Možnost ovládání pojezdu přístroje pomocí ovládacího panelu umístěného na přístupném místě

Dotaz 2: Bude zadavatel akceptovat nabídku mobilního RTG přístroje, který má ovládací prvky pro pojezd RTG přístroje umístěny na ovládacím madle pro řízení pojezdu?

Ovládání pojezdu je velmi snadné a jednoduché, rozsáhlé manipulační schopnosti přístroje umožňují příjezd a otáčení přístroje i ve stísněném prostoru a za komplikovaných podmínek, dále tento přístroj disponuje velmi rozsáhlými možnostmi nastavení polohy ramene s rentgenkou v obrovském rozsahu nastavení, dále je na krytu rentgenky sekundární dotykový zobrazovací panel pro nastavení a kontrolu parametrů vyšetření? Domníváme se proto, že žádné další „možnosti ovládání pojezdu přístroje“ nejsou potřebné, naopak v určité situaci mohou být spíše zdrojem potenciálních rizik.

Odpověď na dotaz:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku mobilního RTG přístroje, který má ovládací prvky pro pojezd RTG přístroje umístěny na ovládacím madle pro řízení pojezdu.

Dotaz:

příloha č.2 specifikace_ROP IV_23 - Mobilní rentgen

Zadavatel požaduje:

Rozsah nastavení proudu využitelného při vyšetření min. v rozsahu 10-400 mA

Dotaz 3: Bude zadavatel akceptovat nabídku mobilního RTG přístroje, který má možnosti nastavení proudu: 50 – 400mA?

Podle našich zkušeností je námi nabízený rozsah nastavení naprosto dostačující pro předpokládaný medicínský způsob využití nabízeného přístroje při zajištění špičkové lékařské péče. Nabízený přístroj disponuje 32kW generátorem s možnostmi nastavení expozičních parametrů: 40 – 150 kV, 0,1 – 320 mAs.

Odpověď na dotaz:

Ne, zadavatel trvá na parametru "Rozsah nastavení proudu využitelného při vyšetření - min. v rozsahu 10-400 mA". Požadovaný rozsah nastavení proudu zadavatel vyžaduje z důvodu radiační ochrany při snímkování novorozenců a malých částí na lůžkových odděleních.

Dotaz:

příloha č.2 specifikace_ROP IV_23 - Mobilní rentgen

Zadavatel požaduje:

Nejkratší expoziční čas min. 1ms - max. 1 ms

Dotaz 4: Bude zadavatel akceptovat nabídku mobilního RTG přístroje, který má možnosti nastavení expozičního času: 2 – 2000 ms?

Podle našich zkušeností je námi nabízený rozsah nastavení naprosto dostačující pro předpokládaný medicínský způsob využití nabízeného přístroje při zajištění špičkové lékařské péče. Nabízený přístroj disponuje 32kW generátorem s možnostmi nastavení expozičních parametrů: 40 – 150 kV, 0,1 – 320 mAs.

Odpověď na dotaz:

Ne, zadavatel trvá na parametru "Nejkratší expoziční čas min. 1ms - max. 1 ms". Tento parametr zadavatel vyžaduje z důvodu radiační ochrany při snímkování novorozenců a malých částí na lůžkových odděleních.

Zadavatel má za to, že touto akceptací se nerozšiřuje okruh potencionálních uchazečů, a proto neprodlužuje termín pro podání nabídek.



MUDr. Josef März
předseda představenstva
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary
IČO: 263 65 804, DIČ: CZ26365804
©