

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky	Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXVII
Evidenční č. zakázky	Z2023-029689
Úřední věstník EU	2023/S 134-424635

Část 63 veřejné zakázky – Různé zdravotnické přístroje a výrobky - 3

Identifikační údaje zadavatele

název:	Karlovarský kraj
se sídlem:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ:	70891168

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Mám dotaz k části 63 této veřejné zakázky. Jedná se o dotaz k technické specifikaci štěrbínová lampa TP-0621. Uvádí se požadavek na Citlivost na kontrast. U štěrbínových lamp se toto neprovádí. Testování se provádí v rámci vyšetření pouze na LCD optotypu. U LCD optotypu je tento požadavek správně uveden.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Při přípravě technických specifikací dodávky pro TP-0621 Štěrbínová lampa došlo k administrativní chybě, kdy v tabulce zůstal požadavek na parametr „Citlivost na kontrast“. Tento parametr je z technické specifikace dodávky vypuštěn (nebude dokládán).

Upravený dokument Formulář technických specifikací dodávky pro TP-0621 Štěrbínová lampa je uveřejněn na profilu zadavatele (v názvu souboru je uvedeno _úprava 20230801).

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, vydá zadavatel změnu zadávací dokumentace. V rámci změny zadávací dokumentace a rovněž s ohledem na pozdější poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Karlových Varech dne dle elektronického podpisu

Ing. Jaroslav Bednář

vedoucí obchodního oddělení
Karlovarská krajská nemocnice a.s.