

**Název
zadavatele:** Zdravotnická záchraná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace

Sídlo: Závodní 390/98c
360 06 Karlovy Vary

IČO: 00574660

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 03

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchrané služby Karlovarského kraje“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P24V00000027**“

Dne 30.1.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchrané služby Karlovarského kraje“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

V zadávací dokumentaci, ve Formuláři pro zpracování nabídkové ceny, je pro část A uvedena v bodě 3. položka Jednorázová laryngoskopická lžice – vel. č. 0.

Žádáme zadavatele o informaci, zda požaduje rovný, či zahnutý typ lžice.

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Zadavatel požaduje zahnutý typ laryngoskopické lžice velikosti č. 0.

Zadavatel poskytuje přílohou tohoto vysvětlení aktualizaci přílohy Formulář pro zpracování nabídkové ceny.

V Karlových Varech dne 01.02.2024

Ing. Petra Hytha, MBA, manažer veřejných zakázek, v.r.