

VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne
31.07.2015

Naše značka
BT/212/2015

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/5119

Karlovy Vary
07.08. 2015

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN – infuzní systémy“ – část 10, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 01. 07. 2015 pod evidenčním číslem VZ 483936.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN – infuzní systémy“ – část 10, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

V Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v příloze č.2.1., v části B) Technické požadavky lineárního dávkovače a části C) Technické požadavky infuzní pumpy zadavatel požaduje:

Velikost interní paměti přístroje: celkem seznam min. 150 léků (v případě, že lze využít více knihoven/profilů, musí být v každé knihovně/profilu seznam min. 120 léků).

Uchazeč nabízí infuzní pumpy a lineární dávkovače světového, renomovaného výrobce s velikostí paměti jedné knihovny na 100 léků a s celkovou velikostí interní paměti na 3000 léků, což je dle přesvědčení uchazeče i výrobce splnění medicínského účelu veřejné zakázky.

Bude zadavatel akceptovat nabídku založenou na obdobném technickém řešení, které plně splňuje medicínský účel veřejné zakázky a kdy celková velikost interní paměti lineárního dávkovače i infuzní pumpy je 3000 léků při velikosti 1 profilu 100 léků?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požadoval pro lineární dávkovač a infuzní pumpu interní paměť přístroje na minimálně 150 léků. Pouze v případě, že by uchazeč nesplnil tento absolutní požadavek a měl v interní knihovně léčiv méně, umožnil zadavatel splnit tento požadavek pomocí vyššího počtu knihoven/profilů, kdy v každé knihovně/profilu bude minimálně 120 léků. Ve Vašem případě, kdy uvádíte interní paměť na 3 000 léků, lze tento absolutní technický parametr požadovaný zadavatelem považovat za splněný. Zadavatel akceptuje Vámi nabízené technické řešení.

Jelikož se nejedná o žádnou změnu v zadávacích podmínkách, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

.....
MUDr. Josef März
předseda představenstva