



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Veřejné zakázky

„Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN - Trauma navigační systém pro COS" - část 4

Identifikační údaje o zadavateli a zakázce

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804
DIČ: CZ26365804
Zastoupený: MUDr. Josefem Märzem,
generálním ředitelem a předsedou představenstva,
a MUDr. Jiřím Hofmannem, místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1205
www stránky: www.kkn.cz

Mandatář: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Eliška Hallová, email: hallova@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo mandátní smlouvy: 13 539

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ):

Veřejná zakázka na dodávky

Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.):

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ):

Otevřené řízení dle § 27 ZVZ

Ev. číslo (Věstník VZ):

VZ 484462

Ev. číslo (TED):

2014/S 214-378526

Ev. číslo (ROP Severozápad):

CZ1.09/1.3.00/69.01137

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, ev. č. 1/13539.4

Vážení,

v souladu s ust. § 49, odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

Dotaz dodavatele ze dne 15.7.2015:

„Vážení,

na základě § 49 zákona č. 137/2006, zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a v návaznosti na vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN - Trauma navigační systém pro COS - část 4“ vedenou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 484462 si Vás dovoluujeme zdvořile požádat o poskytnutí dodatečných informací, konkrétně Vás žádáme o odpověď na následující dotazy:

- 1) Zadavatel uvádí v příloze č.: 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace“, mimo jiné, požadavek na umožnění využití snímků pořízených ve 2D a jejich import v DICOM formátu.

Uchazeč sice disponuje možností dodat 2D software, na který je navázán i hardware, ale zároveň se domnívá, že tento systém není nezbytný a mohl by nepřiměřeně zvýšit nabídkovou cenu za navigační systém.

Bude zadavatel s ohledem na výše uvedené a s ohledem na ekonomická hlediska akceptovat nabídku uchazeče na přístroj, který nebude umožňovat využití snímků pořízených ve 2D a jejich import v DICOM formátu, při zachování požadovaného medicínského účelu?

- 2) Zadavatel dále uvádí v příloze č.: 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace“, mimo jiné, požadavek na základní sadu předvrtávačů, přičemž tuto sadu dále nespecifikuje.

Může zadavatel blíže specifikovat, co obsahuje základní sada předvrtávačů?

- 3) Zadavatel uvádí v tamtéž, mimo jiné, požadavek na záložní zdroj - UPS.

Uchazeč se domnívá, že požadavek na záložní zdroj UPS pro použití s navigačním systémem obecně, je nejen neopodstatněný vzhledem k tomu, že většina sálů je vybavena vlastním záložním zdrojem, ale v případě navigačního systému nabízeného uchazečem se všechna data pořízená v průběhu výkonu ukládají na lokální disk a v případě výpadku proudu, jsou tyto data obnovitelná.

Bude zadavatel s ohledem na výše uvedené akceptovat nabídku uchazeče, která nebude obsahovat náhradní zdroj UPS, při zachování požadovaného medicínského účelu?“

Dodatečné informace č.1:

1) Zadavatel bude akceptovat nabídku bez SW pro využití snímků ve 2D a jejich importu v DICOM formátu, ale za předpokladu, že nabídnutý systém bude disponovat možností tento SW kdykoli nainstalovat.

Medicínský účel nabídnutého přístroje nesmí být nijak dotčen.

2) Základní sadou předvrtávačů má zadavatel na mysli sadu pro použití při výkonech na páteři a pánvi (šídlo, vrták, atd.)

3) Zadavatel požaduje z provozních důvodů dodání záložního zdroje typu UPS.

Děkujeme za pochopení.

V Karlových Varech dne 21. 7. 2015

Za zadavatele:

.....
MUDr. Josef März,
generální ředitel a předseda představenstva

.....
MUDr. Jiří Hofmann,
místopředseda představenstva

Přílohy dodatečné informace č. 1/13539.4

Bez příloh