

VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne
08.06.2015

Naše značka
BY/172/2015

Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/5119

Karlovy Vary
12.06.2015

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN - akutní péče II“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 05. 2015 pod evidenčním číslem VZ 483918.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN - akutní péče II“, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz č.1:

„Sprchovací matrace,, - Tím je myšlena odnímatelná matrace daných rozměrů lůžka pro použití do sprchových koutů?

Odpověď na dotaz:

Ano, sprchovací matrací je myšlena odnímatelná matrace daných rozměrů lůžka i pro použití do sprchovací místnosti.

Dotaz č.2:

„ Podložka pro pacienta,, - Pod tímhle pojmem si představuji pevně uchycenou podložku z měkčeného PVC ke konstrukci lůžka, která tvoří tzv. vanu sprchovacího lůžka. Je má představa přesná?

Odpověď na dotaz:

Ano, podložkou pro pacienta je myšlena pevně uchycená podložka ke konstrukci sprchovacího lůžka. Jednou z variant materiálu podložky je i měkčené PVC.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nemocnice v Karlových Varech, IČ: 263 65 804
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 111, fax: 353 115 178

MUDr. Josef März
předseda představenstva