

VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne
30.03.2015

Naše značka
BY/96/2015

Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/5119

Karlovy Vary
02.03. 2015

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 9 – Zařízení pro ORL“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 03. 2015 pod evidenčním číslem VZ 507836.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 9 – Zařízení pro ORL“, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz č. 1 – ROP VIII 16 - Audikomora:

V rámci této položky zadavatel uvedl následující:

Rozměry (hloubka x šířka x výška) – 1200 x 1400 x 2200 mm ($\pm 10\%$). Žádáme tímto o upřesnění zda zadavatel uvedl vnější nebo vnitřní rozměry audiokomory.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel upřesňuje, že rozměry (hloubka x šířka x výška) jsou vnějšími rozměry audiokomory.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a upravuje zadávací podmínky následovně:

čl. IX zadávací dokumentace

nové znění:

- Nabídky musí být doručeny zadavateli do 27.05.2015 do 10:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou (kurýrní službou) je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
- Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27.05.2015 v 10.05 hodin u zadavatele v Karlových Varech, Bezručova 1190/19, v zasedací místnosti pavilonu „F“.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nemocnice v Karlových Varech, IČ: 263 65 804
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 111, fax: 353 115 178

(2)

MUDr. Josef März
předseda představenstva