

VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne
27.04.2015

Naše značka
BY/141/2015

Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/5119

Karlovy Vary
30.04. 2015

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 2 - PACS systém a diagnostické monitory“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 03. 2015 pod evidenčním číslem VZ 507791.

Vážený obchodní přítel,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 2 - PACS systém a diagnostické monitory“, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v příloze s názvem „ROP VIII_02 - PACS systém.docx“ je uveden následující požadavek:

„dodávka dvou diskových datových úložišť (hlavní a záložní), každého s hrubou kapacitou min. 24 TB vč. SW licencí zajišťující pokročilou správu dat, průběžnou kontrolu konzistence, s podporou pokročilé komprimované komunikace MARIE PrivateChannel, podpora "PreFetch" technologií, certifikace "Zdrav. prostředek tř. IIb"

Z výše uvedené specifikace není zcela zřejmé, zda se jedná o úložiště, které bude využíváno pouze pro DICOM data, nebo zda se jedná o univerzální úložiště využitelné i pro zálohování zdravotnické dokumentace různých datových formátů, což moderní řešení PACS dnes umožňují.

Dále z výše uvedeného požadavku není zcela zřejmé, jestli se jedná o dvě datová úložiště do hlavní a záložní lokality nebo zda se jedná o dvě datová úložiště v hlavní lokalitě a dvě datová úložiště v záložní lokalitě.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požaduje dodávku univerzálního datového úložiště (vč. veškerých potřebných HW i SW součástí (komponent)), které bude v budoucnu využitelné i pro zálohování zdravotnické dokumentace různých datových formátů.

Předmětem dodávky jsou 2 datová úložiště v hlavní lokalitě a 2 datová úložiště v záložní lokalitě, každé úložiště s hrubou kapacitou 24 TB. Součástí datového úložiště musí být rovněž řídicí SW zajišťující automatické rozložení dat na všechna nová datová úložiště s možností navyšovat kapacitu za provozu. Datová úložiště musí být nezávislá na typu a velikosti instalovaných disků a s možností neomezeného rozšiřování. Vzhledem k odděleným lokalitám musí systém umožňovat geografické oddělení jednotlivých storage nodů, dále nastavení libovolné redundance dat, definici přesunu dat v případě havárie HW, automatickou on-line synchronizaci a snadnou obnovu dat po poruše disku.

Zadavatel požaduje systém nevyužívající technologii RAID a podporující blokové, objektové i souborové ukládání dat.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a upravuje zadávací podmínky následovně:

čl. IX zadávací dokumentace

nové znění:

- Nabídky musí být doručeny zadavateli do 25.05.2015 do 13:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou (kurýrní službou) je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
- Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25.05.2015 v 13.05 hodin u zadavatele v Karlových Varech, Bezručova 1190/19, v zasedací místnosti pavilonu „F“.

.....
MUDr. Josef Mář
předseda představenstva
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nemocnice v Karlových Varech, IČ: 263 65 804
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 111, fax: 353 115 178
(2)