

VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne
27.03.2015

Naše značka
BY/87/2015

Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/5119

Karlovy Vary
30.03. 2015

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 14 - Inkubátory a vyhřívané lůžko“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 03. 2015 pod evidenčním číslem VZ 507846

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 14 - Inkubátory a vyhřívané lůžko“, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz č. 1:

Může nabídka obsahovat pouze část ROP VIII_28 Inkubátory (2 ks)?

Odpověď na dotaz:

Vzhledem k tomu, že výše uvedená veřejná zakázka není rozdělena na části, požaduje zadavatel podat kompletní nabídku na celý předmět veřejné zakázky.

Dotaz č. 2:

Součástí inkubátoru je podle požadovaných parametrů externí monitor vitálních funkcí?

Odpověď na dotaz:


Ano, součástí každého inkubátoru je externí monitor vitálních funkcí, který bude umístěn na polici inkubátoru

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a upravuje zadávací podmínky následovně:

čl. IX zadávací dokumentace

nové znění:

- Nabídky musí být doručeny zadavateli do 25.05.2015 do 10:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou (kurýrní službou) je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
- Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25.05.2015 v 10.05 hodin u zadavatele v Karlových Varech, Bezručova 1190/19, v zasedací místnosti pavilonu „F“.



MUDr. Josef März
předseda představenstva