

VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
BY/97/2013Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/5 119Karlovy Vary
10. 4. 2014

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky č. 480643 s názvem „**Přístrojové vybavení pro Iktové centrum KKN a.s.**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 4. 2014.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Přístrojové vybavení pro Iktové centrum KKN a.s.“, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s., část 7. Biochemický analyzátor.

Dle poslední informace od paní primářky Krejčové, by se mělo jednat o přístroj na měření acidobazické rovnováhy. Můj dotaz zní: Jedná se tedy o tento typ analyzátoru?

Odpověď na dotaz:

Jedná se o přístroj pro měření acidobazické rovnováhy. Z technické specifikace je to zřejmé podle spektra požadovaných měření. V závěru je i požadován SW na vizualizaci parametrů acidobazické rovnováhy.

.....
MUDr. Josef März
člen představenstva

.....
Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)
generální ředitel a předseda představenstva

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary
IČO: 263 65 804, DIČ: CZ26365804

©