

Od: BEDNÁŘ Jaroslav Ing. <jaroslav.bednar@kkn.cz>
Odesláno: 27. dubna 2015 12:55
Předmět: Výzva k podání nabídky_veřejná zakázka malého rozsahu_IOP iktové centrum_přístroj pro řízenou hypotermii_dotaz a prodloužení termínu
Přílohy: příloha č. 4_návrh kupní smlouvy_27.04.2015.doc; Výzva k podání nabídky_27.04.2015.pdf

Vážený obchodní přítel,

zasílám dodatečný dotaz jednoho z uchazečů a stanovisko zadavatele.

Dotaz uchazeče č. 1:

„V Kupní smlouvě je uvedeno v čl. IV. odst. 6 - uvést zařídění dle zák. č. 336/2004Sb. Uvedený zákon pozbyl platnosti. Může zadavatel změnit uvedený požadavek dle zákona 268/2014 Sb.?“

Stanovisko zadavatele:

Zadavatel souhlasí a tento požadavek z textu KS vypouští (viz příloha KS).

Dotaz uchazeče č. 2:

V čl. VII – 3.1.požaduje zadavatel nástup na opravu do 12 hodin od vyzvání a provést opravu v pracovní dny do 24 hodin.

Může zadavatel změnit tento požadavek na nastoupení na servis do 48 hodin v pracovních dnech?

- 3.1. *Opravy zdravotnické techniky se prodávající zavazuje provést v pracovní dny v co nejkratším termínu od nástupu na opravu; nastoupit na opravu je prodávající povinen do 48 hodin od vyzvání kupujícím. Opravy se budou provádět na místě instalace zařízení u uživatele;*
- 3.2. *Prodávající se zavazuje v případě neopravitelnosti zboží, nebo pokud bude zboží mimo provoz déle než 5 dní, k poskytnutí náhradního zboží;*

Stanovisko zadavatele:

Zadavatel souhlasí s uvedeným zněním a upravuje v textu KS (viz příloha KS).

Dotaz uchazeče č. 3:

V čl. VII – 5. Požaduje zadavatel záruční dobu na náhradní díly 24 měsíců. Standardní záruční doba na ND je společně se servisní prací 6 měsíců. Může zadavatel upravit tento termín ?

Stanovisko zadavatele:

Zadavatel **nesouhlasí** s uvedeným zněním a ponechává původní text KS.

Dotaz uchazeče č. 4:

V čl. X – 3.Smluvní strany se dohodly....dle čl. VIII.....V této větě by mělo dojít ke změnědle čl. VII....kde je podklad tohoto čl.

Stanovisko zadavatele:

Zadavatel souhlasí s uvedeným zněním a upravuje v textu KS (viz příloha KS).

Součástí odpovědi zadavatele je i opravená verze Návrhu kupné smlouvy (verze 27.04.2015), kterou uchazeči použijí do své nabídky.

Dále zadavatel **prodlužuje termín pro podání nabídky, a to do 11.5.2015 do 10:00 hod.** Otevírání obálek proběhne 11.05.2015 v 10:05 hod. Součástí je i opravená verze Výzvy (verze 27.04.2015).

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Bednář

vedoucí obchodního oddělení

Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

telefon: 354 225 114

mobil: 734 412 273

e-mail: jaroslav.bednar@kkn.cz