

VŠEM ÚČASTÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
11.07.2017

Naše značka
BY/57/2017

Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/119

Karlovy Vary
13.07. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „**Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 26**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 06. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-015249

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám podáváme vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 26“, které vyplývá z níže uvedených dotazů.

Dotaz č. 1:

Položka „Laparoskopická proplachovací a odsávací pumpa“

Zadavatel ve formuláři technických specifikací uvádí požadavek „Plynulé nastavení podtlaku“. Někteří výrobci kombinovaných proplachovacích a odsávacích pump za účelem rychlého a efektivního procesu odsávání s přihlédnutím na průměr odsávacího nástroje nabízí konstrukci pump s předdefinovaným nastavením optimálního podtlaku bez možnosti/nutnosti zásahu obsluhy.

Bude akceptovat zadavatel výše popsané řešení, které v plné míře splňuje standardní klinický požadavek na Laparoskopickou proplachovací a odsávací pumpu?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel neakceptuje výše navrhované řešení, požaduje plynulou regulaci z důvodu možnosti zásahu obsluhy do regulace podtlaku při operačních výkonech.

Dotaz č. 2:

Položka „Hysteroskopická proplachovací pumpa“

Zadavatel ve formuláři technických specifikací uvádí požadavek „Možnost bilance tekutin...“. Žádáme o upřesnění, zda uvedená možnost má být pevně zakomponovaná do specifikace s konkrétním cenovým údajem, tudíž bude požadovaná jako součást dodávky nebo má uchazeč pouze uvést, zda je možné uvedený parametr doplnit k hysteroskopické pumpě v budoucnosti.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požaduje, aby položka „Možnost bilance tekutin - sledování rozdílu objemu mezi tekutinou přivedenou do uteru a tekutinou vytékající z uteru“ byla pevně zakomponovaná do

specifikace, a je tedy požadovaná jako součást dodávky (z důvodu potřeby operatérů, např. při monopolárním řezu).


Dotaz č. 3:

Položka „Multioborový zdroj vysokofrekvenčního proudu....“

Zadavatel v úvodní obecné části specifikace uvádí charakteristiku: **Laparoskopická sestava bude umístěna na přístrojovém endoskopickém vozíku.** Bude zadavatel souhlasit s umístěním multioborového zdroje vysokofrekvenčního proudu nezávisle, na samostatném přístrojovém vozíku? Jelikož multioborový zdroj VF proudu není žádným kabelem propojený s dalšími součástmi laparoskopické věže, uvedený způsob nabízí vyšší flexibilitu pro využití multioborového generátoru při jiných operačních výkonech.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel neakceptuje výše navrhované řešení, požaduje umístění všech jednotek (včetně multioborového zdroje vysokofrekvenčního proudu) na jednom endoskopickém vozíku z důvodu kompaktnosti a omezených prostor na operačních sálech.



.....
Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení