

# **Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu**

## **Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení**

### **Část 1 veřejné zakázky – Operační světla a vyšetřovací svítidla**

#### **Technická specifikace dodávky**

1. Technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti předmětu smlouvy. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na dodávky a služby související s těmito dodávkami, jejichž prostřednictvím je předmět smlouvy popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem.
2. Technické podmínky plnění předmětu smlouvy jsou dále vymezeny obecně platnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy.
3. Technická specifikace dodávky  
Požadované technické parametry, jakostní a funkční požadavky na dodávku jsou kupujícím specifikovány ve formulářích technických specifikací dodávky (dále také jako „Formulář“), viz přílohy. Technické parametry a jakostní a funkční požadavky dodávky specifikované ve Formulářích musí nabízené zařízení bezpodmínečně splnit.  
Formuláře předložil prodávající v nabídce a jejich vyplněním deklarovat, zda a jakým způsobem požadované technické, kvalitativní a funkční parametry nabízených zařízení splňují. Kupující nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených ve Formulářích. Proávající se zavazuje, že dodané výrobky budou zcela odpovídat technicko-kvalitativním parametrům uvedeným v nabídce.
4. Technická dokumentace nabízené dodávky  
Technické parametry a jakostní a funkční požadavky na dodávku stanovil kupující se snahou o maximální objektivitu a jednoznačnost, s cílem dosáhnout účelu, pro který je dané zařízení pořizováno. Proávající předložil ve své nabídce technickou dokumentaci nabízeného zařízení (technické listy, produktová data, prospekty, apod.) vyhotovenou výrobcem, ze které je zřejmé splnění všech technických požadavků kupujícího uvedených v zadávacích podmínkách včetně obchodního názvu nabízeného výrobku a jeho typového označení.
5. Kvalitativní parametry  
Nabízené zařízení a veškeré jeho příslušenství a vybavení musí být nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech.  
Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené účastníkem zadávacího řízení musí splňovat české příp. evropské normy a zákonné předpisy.
6. Instruktaž obsluhy osobou k tomu oprávněnou  
Předmětem plnění je rovněž instruktáž určeného zdravotnického personálu pro správné užívání dodaného zařízení včetně vyhotovení protokolu o provedení instruktáže.
7. Záruční servis  
Předmět smlouvy zahrnuje také poskytování bezplatného záručního servisu po dobu 4. leté záruční lhůty, která začne běžet dnem kompletního předání celého předmětu smlouvy kupujícím.  
V rámci záručního servisu bude prodávající provádět servisní a preventivní prohlídky, validace, kalibrace a odbornou údržbu dodaného zařízení, odstraňovat zjištěné vady včetně zajištění dodání

náhradních dílů k dodanému zařízení. U přístrojů, u kterých je dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů předepsáno provádět pravidelné bezpečnostně technické kontroly – BTK, budou tyto prováděny rovněž v rámci záručního servisu, v intervalech určených výrobcem.

8. Zvláštní podmínky pro realizaci předmětu smlouvy

Při provádění předmětu smlouvy je prodávající povinen respektovat provoz nemocnice a postup prací koordinovat dle pokynů odpovědných osob kupujícího. Kupující se zavazuje brát ohled na logistiku prodávajícího. Proávající složí, dopraví a instaluje dodávané zařízení až na konkrétní místo určení.

Přílohy:

Formuláře technických specifikací dodávky pro TP 2107 – Světlo operační, 2-zdrojové, stropní

Formuláře technických specifikací dodávky pro TP 2104 – Svítidlo vyšetřovací stropní