

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky **Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII**

Část 33 veřejné zakázky **Instrumentárium GYNEKOLOGIE**

Část 34 veřejné zakázky **Instrumentárium CHIRURGIE**

Část 35 veřejné zakázky **Instrumentárium ORL**

Identifikační údaje zadavatele

název: **Karlovarský kraj**

sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ: 70891168

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Část 35 veřejné zakázky Instrumentárium ORL

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje Opěru pro laryngoskop stavitelnou pro dospělého i dětského pacienta. Umožní zadavatel dvě podpěry, zvláště pro dětský a dospělý laryngoskop?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano zadavatel umožní dodat dvě podpěry.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje Artery kleště, rovné, s ráčnou, zubaté čelisti, průměr 2 mm, délka 25 cm. Umožní zadavatel tyto kleště v délce 18 cm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ne, zadavatel neumožní dodat kleště o jiném rozměru z důvodu používání v jiném instrumentáriu - tubusy.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje operační laryngoskop dosp. rozebíratelný a dětský laryngoskop rozevíratelný. Umožní zadavatel variantu nerozvíratelných laryngoskopů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ne, zadavatel neumožní variantu nerozvíratelných laryngoskopů.

V Karlových Varech, dne 26. 7. 2018

Mgr. David Bracháček
místopředseda představenstva
Karlovarské krajské nemocnice a.s.