

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky **Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXIII**
Část 51 veřejné zakázky **Vyšetřovací svítidla**

Identifikační údaje zadavatele

název: **Karlovarský kraj**
sídlo: **Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory**
IČ: **70891168**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 6.2 Zadávací dokumentace následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Vnější konstrukce světel vyrobená z hliníku a bezpečnostního krycího skla“. Jako dlouholetý dodavatel operačních a vyšetřovacích svítidel se domníváme, že výše požadované materiály jsou u moderních operačních a zákrokových světel v dnešní době již zastaralé a byly nahrazeny materiály modernějšími, lehčími s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti pacienta a personálu za současného vysokého komfortu a jednoduchosti obsluhy. Námi nabízená vyšetřovací svítidla mají níže popsanou konstrukci: Hlava světla je vyrobená z kvalitního odolného plastu a LED diody jsou kryty tvrzeným plexisklem. Celá kopule tvoří uzavřený korpus s povrchovou úpravou odolnou vůči všem dezinfekčním prostředkům a snadným čištěním, odpovídajícím aktuálním požadavkům na hygienu a dezinfekci. Ramena jsou vyrobená z kovu s plastovými krytkami kloubů a kvalitní povrchovou úpravou odolnou vůči mechanickému poškození a všem typům dezinfekčních prostředků. Celá konstrukce plně vyhovuje použití na operačních a zákrokových sálech. Bude zadavatel akceptovat toto řešení při současném plném zachování požadovaného medicínského účelu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel připouští i stropní vyšetřovací svítidla, kde krycí sklo bude z tvrzeného plexiskla nebo plastu, při zachování požadavků na svítivost. Vnější konstrukce svítidla může být i z kvalitně zpracované a povrchově upravené oceli.

Změna zadávacích podmínek 15. 6. 2021

V souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 zadavatel mění v souladu s čl. 11.1 Zadávací dokumentace zadávací podmínky, kdy jsou stanoveny nové technické specifikace – Formulář technických specifikací dodávky pro TP-2104 svítidlo vyšetřovací stropní a Formulář technických specifikací dodávky pro TP-2106 svítidlo vyšetřovací stropní ORL. Nové Formuláře jsou uveřejněny na profilu zadavatele s tím, že v názvu souboru příslušného Formuláře je uvedeno datum_20210615.doc.

Vzhledem k tomu, že tato změna může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel zároveň lhůtu pro podání nabídek tak, že od odeslání změny zadávacích podmínek bude činit celou svou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek tak končí **dne 1. 7. 2021 v 10:00 hodin.**

V Karlových Varech, dne 15. 6. 2021

Ing. Jaroslav Bednář

vedoucí obchodního oddělení
Karlovarská krajská nemocnice a.s.