

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky

Část 51 veřejné zakázky

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXIII

Vyšetřovací svítidla

Identifikační údaje zadavatele

název:

Karlovarský kraj

sídlo:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ:

70891168

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 6.2 Zadávací dokumentace následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v technické specifikaci u pojízdných vyšetřovacích světel požaduje „Rotační přepínač k rozsvícení světla na kopuli svítidla“. Bude zadavatel akceptovat variantu ovládání pomocí tlačítka s funkcí On/Off na panelu na hlavě svítidla, kde dalšími tlačítky lze přidávat/ubírat intenzitu osvětlení? Centrální vypínač světla je umístěn na trafu na základně pojízdného svítidla. Toto řešení plně zachovává původní medicínský účel?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel připouští i jiný způsob zapínání a vypínání světla a ovládání intenzity osvětlení než je rotační přepínač. Toto ovládání musí být umístěno v pohodlném dosahu obsluhy, nejlépe na kopuli svítidla.

V Karlových Varech, dne 17. 6. 2021

Ing. Jaroslav Bednář

vedoucí obchodního oddělení

Karlovarská krajská nemocnice a.s.